Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach



DA/DT-381-14-1/20

Gliwice dnia 7 lutego 2020r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego **sukcesywnej dostawy gazów technicznych i mieszanek specjalnych w butlach przez okres 36 miesięcy** Zamawiający przedstawia w załączeniu uaktualnioną Specyfikację Asortymentowo-Cenową.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 lutego 2020 r.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

*mgr Anna Kotuła*

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

*mgr Urszula Wojcieszek*

KIEROWNIK
Działu Służb Technicznych

*Paweł Ficek*

**NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**
**ODDZIAŁ W GLIWICACH**
44-102 GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15
Centrala Tel.: +48 32 278 86 66 Dyrekcja Tel.: +48 32 278 96 18 E-mail: onkologia@io.gliwice.pl NIP: 5250008057
Centrala Fax: +48 32 231 35 12 Dyrekcja Fax: +48 32 230 78 07 Url: www.io.gliwice.pl REGON: 000288366

## *SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA*

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH
UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAK DA/DT-381- 14/20

**SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH I MIESZANEK SPECJALNYCH W BUTLACH**

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | ilość butli | Czas realizacji usługi (określić w dniach) | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetylen techniczny a 40l | kg | 40 | 5 | | | | |
| 2 | Argon 5,0 a 5l | $m^3$ | 11 | 10 | | | | |
| 3 | Azot sprężony 5,0 a 40l | $m^3$ | 102 | 32 | | | | |
| 4 | Azot sprężony 4,0 a 40l | $m^3$ | 300 | 50 | | | | |
| 5 | Azot sprężony 4,6 a 40l | $m^3$ | 144 | 24 | | | | |
| 6 | Azot sprężony 4,6 a 50l | $m^3$ | 297,5 | 25 | | | | |
| 7 | Azot sprężony 5,0 a 50l | $m^3$ | 60 | 10 | | | | |
| 8 | Wodór 6,0 a 40l | $m^3$ | 12 | 2 | | | | |
| 9 | Dwutlenek węgla 3,5 a 40l | kg | 5538 | 219 | | | | |
| 10 | Dwutlenek węgla 3,5 a 50l | kg | 1820 | 70 | | | | |
| 11 | Dwutlenek węgla 3,5 a 10l | kg | 135 | 18 | | | | |
| 12 | Dwutlenek węgla 3,5 a 5l | kg | 102,75 | 15 | | | | |
| 13 | Dwutlenek węgla 3,5 a 40l syfonowa | kg | 3432 | 132 | | | | |
| 14 | Hel 5,0 a 40l | $m^3$ | 140 | 25 | | | | |
| 15 | Hel 4,0 a 40l | $m^3$ | 33,6 | 6 | | | | |
| 16 | Hel 4,6 a 40l | $m^3$ | 10,4 | 2 | | | | |
| 17 | Tlen techniczny 2,0 a 40l | $m^3$ | 32,5 | 5 | | | | |
| 18 | Sprężone powietrze a 40l | $m^3$ | 12,8 | 2 | | | | |
| 19 | Powietrze syntetyczne bez węglowodorów a 40l | $m^3$ | 54 | 9 | | | | |

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych

inż. Paweł Kiech

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Opis przedmiotu zamówienia, wymagania i tolerancje | Stabilność mieszanki (wypełnia Wykonawca) | Czas realizacji usługi (określić w dniach) | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieszanina gazów o składzie 10% CO2, 10% H2 i 80% N2 | szt. | 8 | butla 50 l o ciśnieniu ok. 200-300 bar, certyfikat analityczny, tolerancja analityczna 2%, tolerancja mieszania 2%, stabilność mieszanki 12 miesięcy, gaz dostarczany w butlach Wykonawcy | | | | | |
| 2 | Mieszanka H2 (40%), he (60%) | szt. | 25 | Butla o pojemności 50 l, przyłącze DIN 477 nr 1 , Ciśnienie gazu w butli 200 bar, Gaz dostarczany w butlach Wykonawcy. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności cenę gazów, dzierżawę butli, koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. | | | | | |
| 3 | Gaz wzorcowy: 12 mg/m$^3$ CH4 + 12% O$^2$ w N2 | szt. | 4 | Butla o pojemności 50 l, Przyłącze DIN 477 nr 14, Ciśnienie gazu w butli 150 bar, Certyfikat analityczny zgodny z ISO 6141, Tolerancja analityczna 3%<br>Gwarancja stabilność mieszanki:<br>min. 12 miesięcy, preferowana 36 mies., Gaz dostarczany w butlach Wykonawcy. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności cenę gazów, dzierżawę butli, koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. | | | | | |
| 4 | Gaz wzorcowy: 20ppm HF w N2 | szt. | 4 | Butla o pojemności 20 l, Przyłącze DIN 477 nr 14 ,Ciśnienie gazu w butli 150 bar, Certyfikat analityczny zgodny z ISO 6141, Tolerancja analityczna 20%<br>Gwarancja stabilność mieszanki:<br>min. 12 miesięcy, Gaz dostarczany w butlach Wykonawcy. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności cenę gazów, dzierżawę butli, koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. | | | | | |
| 5 | gaz wzorcowy : 20 mg/m3 HCL w N2 | szt. | 4 | Butla o pojemności 40 l, , Przyłącze DIN 477 nr 14, Ciśnienie gazu w butli 150 bar, Certyfikat analityczny zgodny z ISO 6141, Tolerancja analityczna 3%<br>Gwarancja stabilność mieszanki:<br>min. 12 miesięcy, preferowana 36 mies., Gaz dostarczany w butlach Wykonawcy. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności cenę gazów, dzierżawę butli, koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. | | | | | |

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych

inż. Paweł Ficek

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gaz wzorcowy: 30 mg/m³ CO + 150 mg/m³ NP. + 80 mg/m³ SO2 w N2 | szt. | 4 | Butla o pojemności 50 l, przyłącze DIN 477 nr 14, Ciśnienie gazu w butli 150 bar , Certyfikat analityczny zgodny z ISO 6141, Tolerancja analityczna 2%<br>Gwarancja stabilność mieszanki:<br>min. 12 miesięcy, preferowana 36 mies., Gaz dostarczany w butlach Wykonawcy. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności cenę gazów, dzierżawę butli, koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. | | | | | |

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | uwagi | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legalizacja butli | szt. | 40 | | | | |
| | Malowanie butli | szt. | 10 | | | | |
| 2 | Napełnianiebutli | szt. | 750 | | | | |
| 3 | Dzierżawa butli | szt. | 40 | koszt dzierżawy 1 butli należy obliczyć jako iloczyn: 1 butla x 365 dni x 3 lata | | | |
| 4 | Koszt dostawy gazów do siedziby Zamawiajacego | dostawa | 40 | | | | |

WARUNKI:

1. Zamawiający że nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien wypełnić wszystkie wiersze w pozycji. Brak wypełnienia wszystkich komórek oznacza, że oferta zostanie odrzucona.
3. Wykonawca potwierdza, że termin płatności faktury wynosić będzie 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
4. Wykonawca potwierdza, ze termin ważnosci oferty wynosi 60 dni licząc od dnia złożenia oferty.
5. Ilości asortymentu podane w specyfikacji asortymentowo-cenowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do realizacji wyłącznie takich ilości asortymentu, jakie okażą się mu potrzebne.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania całości zamówienia tj. nie będzie zobowiązany do wykonania całości zamówienia, których wartość pokryłaby w sumie całą kwotę brutto oferty. Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o zapłatę ceny w pełnej wysokości.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy Zamawiającemu asortyment nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych (jakosciowych i ilościowych) i prawnych.
7. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią wpisu do KRS lub CEIDG lub też przez inną osobę, wtedy prosimy o dołączenie dodatkowo pełnomocnictwa dla tej osoby, z którego wynikać będzie uprawnienie do złożenia oferty.

....., dnia .....

.....

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych
inż. Paweł Ro...