Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 88/20
Gliwice, dnia 24.11.2020

Parametry techniczne – Aspirator (ssak) – 1 szt.

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
	Informacje ogólne		
1.	Producent/kraj	TAK, podać	
2.	Model/Typ	TAK, podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego	TAK, podać	
4.	Oznakowanie znakiem CE	TAK	
	Parametry podstawowe		
1.	Zakres próżni w zakresie co najmniej: -300 do -600 mbar (regulowany)	TAK (podać)	
2.	Przepływ min: 8 l/min	TAK (podać)	
3.	Aspiracja min: 17ml/s	TAK (podać)	
4.	Poziom hałasu max: 50 dB(A) w odległości 1 m	TAK (podać)	
5.	Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 20 (±5,0) x 30 (±10,0) x 50,0 (± 10,0) cm	TAK (podać)	
6.	Waga nie większa niż 3,5 kg	TAK (podać)	
7.	Zasilanie 230 V/ 50 Hz	TAK	
8.	Możliwość pracy w temperaturze otoczenia : 5°C - 40 °C.	TAK	
9.	System posiadający wbudowaną pompę, która zawiera w komplecie: butlę 4,0L (materiał polipropylen) wraz z uchwytem do przenoszenia, czujnik poziomu płynu i zakrętkę z szybkozłączką (PVDF), komplet węży silikonowych, ręczny dozownik	TAK	
10.	Urządzenie posiadające następujące zabezpieczenia: hydrofobowy filtr chroniący źródło, nietłukącą się butlę z zabezpieczeniem przed rozlaniem, statyw na butlę, szybkozłączki z samozamykającymi się zastawkami uniemożliwiającymi wydostanie się płynów, autokławowane wszystkie elementy mające kontakt z płynem	TAK	
	Gwarancja i serwis		
11.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	
12.	Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji	TAK	
13.	Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji	TAK	
14.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej	TAK	