



## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dot. zapytania ofertowego nr DA/AM-231-62/19 z dnia 22.08.2019 r. dot. dostawy kardiomonitorów (6 szt.) i pulsoksymetrów przenośnych (10 szt.)

W związku ze złożonymi zapytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi.

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor, którego waga wynosi 3,9kg?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor, z ekranem LCD TFT o przekątnej 12,1", rozdzielczości 800x 600px, nie dotykowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody kardiomonitor nie dotykowy.**

### Pytanie nr 3


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor, którego akumulator zapewnia 120min ciągłej pracy przy braku zasilania sieciowego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


### Pytanie nr 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora 15-calowego o wadze nie przekraczającej 5 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

KIEROWNIK  
Działu Aparatury Medycznej  
  
inż. Henryk Kwaśniewski

Z-CIA KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
  
mgr Urszula Wojciechowska

Z-CIA DYREKTORA  
ds. Naukowych  
  
dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski