


Załącznik:  
Opis przedmiotu zamówienia

Nr sp. DA/AM-231-68/19  
Gliwice dn. 05.09.2019

Wymagania techniczne podgrzewacza lusterek krtaniowych

- ♦ Podgrzewanie lusterek nawiewanym gorącym powietrzem
- ♦ Sygnalizacja pracy urządzenia – lampka kontrolna
- ♦ Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ♦ Zasilanie 230V; 50Hz,
- ♦ Oznakowanie CE,

A handwritten mark or signature, possibly the letter 'A', located at the bottom center of the page.