Załącznik :

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy DA/AM-231-79/19

Gliwice dn. 10.10.2019 r

- wysokociśnieniowy regulator ssania - **szt. 12**

- mocowany na szynę typu modura

- ciśnienie ssania od 0 do ciśnienia próżni centralnej tj.: do min. - 500 mmHg

- mocowanie do szyny za pomocą uchwytu szynowego, aluminiowego dokręcanego od spodu

- włączanie i wyłączanie oraz regulacja siły ssania poprzez poręczne, antypoślizgowe pokrętło umiejscowione na szczycie regulatora

- duży, czytelny manometr o średnicy min. 55mm

WYPOSAŻENIE:

- dren próżniowy do regulatora o dł. min. 2 m, zbrojony z końcówką wtykową do gniazda próżni typu AGA - **szt. 30**

- wymienny filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na regulator od spodu – **szt.60.**

Z-CA KIEROWNIKA
Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda