

### Załącznik nr3

**Pytanie nr 1:** Dotyczy załącznika nr 1.2 do zapytania cenowego. Opis Przeglądów Okresowych i Usuwania Awarii, zadanie nr 1 pkt. 1.2.4.

„ Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dodatkowo raport z przeglądu okresowego, który> wystawi serwis producenta w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty wykonania przeglądu. ”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem serwis producenta i jakie informacje powinny znajdować się w raporcie z przeglądu okresowego.

**Odpowiedź:** Raport z przeglądu wystawiony przez serwis producenta, jest raportem wystawionym przez serwisanta producenta, zawierającym m.in.: sprawdzenie tarcz i stripperów, szczelności targetów, sprawdzenie próżni, opis czynności podjętych w trakcie przeglądu, testy walidacyjne, wykaz zużytych materiałów oraz podsumowanie zawierające zalecenia na następny przegląd.

**Pytanie nr 2:** Dotyczy załącznik nr 2.2 do zapytania cenowego, przegląd syntetyzerów synthera pkt. 1.3 Prosimy o podanie ilości manometrów doprowadzających media do modułu (Hel 5.0 oraz Sprężone powietrze). Prosimy o podanie rodzaju i zakresu w/w manometrów.

**Odpowiedź:** 6 manometrów analogowych, w zakresie 0-10 bar.

**Pytanie nr 3:** Dotyczy załącznik nr 2.2 do zapytania cenowego Przegląd komór BBS pkt 2.4 Przegląd komory' manuela pkt 6.4

Ze względu na to iż wymiana kapilar jest uzależniona od ich zapchania/zużycia czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „ Wymiana kapilar podłączonych do komory> 1/3 miesiące dla komór BBS i 1/6 miesięcy dla komory Manuela' na zapis „Wymiana kapilar podłączonych do komory' w razie potrzeby ich wymiany jednak nie częściej niż 4 razy w ciągu roku (dla komór BBS), nie częściej niż 2 razy w ciągu roku (dla komory Manuela)”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.