

Parametry techniczne pipetor – 2szt

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
Informacje ogólne			
1.	Producent/kraj	TAK, podać	
2.	Model/Typ	TAK, podać	
3.	Rok produkcji urządzenia 2020	TAK, podać	
4.	Oznakowanie znakiem CE	TAK	
Parametry podstawowe			
1.	Maksymalna szybkość pipetowania ok. 13,0 mL/s.	TAK	
2.	Urządzenie przystosowane do użytkowania pipet szklanych oraz pipet z tworzywa sztucznego – objętość pipet od 1 do 100 mL.	TAK	
3.	Wyposażony w przyciski – zasysający oraz opróżniający pipetę.	TAK	
4.	Urządzenie powinno być wyposażone w filtr 0,45 µm.	TAK	
5.	Waga urządzenia 190,0 (± 20,0)g.	TAK (podać)	
6.	Urządzenie pozwala na wykonanie ok. 5000 (przy objętości pipetowania 25 mL) cykli pipetowań na w pełni naładowanej baterii.	TAK	
7.	Zasilanie 230V, 50Hz	TAK	
8.	Możliwość pracy w temperaturze otoczenia 5°C – 40 °C	TAK	
9.	Urządzenie posiadające baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania o pojemności min. 500 mAh oraz ładowarkę kompatybilną z baterią.	TAK (podać)	
10.	Wyposażenie dodatkowe: statyw umożliwiający ustawienie urządzenia na blacie roboczym.	TAK	
GWARANCJA I SERWIS			
11.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	
12.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej	TAK	