

Załącznik nr 1

do wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego nr DK/ZFM-231-6/20

Opis przedmiotu zamówienia

| Pełna nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagania i parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia | ilość zamawiana | Celowość /uzasadnienie |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| Filmy dozymetryczne | Gafchromic EBT3 lub równoważny w rozmiarze 8"x10" | 7 op. | Filmy są potrzebne do weryfikacji i kontroli zgodności parametrów urządzeń radioterapii (akceleratory, tomoterapia) oraz do weryfikacji dawki. Bez zakupu filmów Zakład Radioterapii utraci możliwość legalnego użytkowania obu aparatów cyberknife. Dotychczas większość zakupów filmów była prowadzona przez Zakład Planowania, który obecnie scedował wykorzystanie i zakupy filmów Gafchromic na Zakład Fizyki Medycznej. |
| Filmy dozymetryczne | Gafchromic AQA EBT3 lub równoważny w rozmiarze 2,5"x2,5 | 15 op. | |
| Filmy dozymetryczne | Gafchromic CK Ballcube II lub równoważny w rozmiarze 2,5"x2,5" | 10 op. | |

KIEROWNIK
Zakładu Fizyki Medycznej
prof. dr hab. Maria Sokół
Specjalista Fizyki Medycznej
Nr 032/2009.1/48