

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dot. zapytania cenowego nr DA/AM-231-70/20 z dnia 08.10.2020 r. **dot. świadczenia usług przeglądów aparatury medycznej.**

W związku ze złożonymi zapytaniem do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania cenowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi.

### Pytanie nr1 do zadania nr 13

Ile pomp detergentów posiada każda z myjni?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że każda z myjni ma 3 pompy.

### Pytanie nr2 do zadania nr 13

Czy którakolwiek z myjni jest niesprawna, wykazuje błędy, czy myjnie są sprawne?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że myjnie są sprawne – pracują.

### Pytanie nr3 do zadania nr 13

Czy obserwowane są wycieki wody lub detergentów w którejś z myjni?

#### Odpowiedź:

Wycieki wody oraz detergentów z myjni nie są widoczne.

### Pytanie nr 4 zadania nr 11

Czy cenę filtrów – 3 sztuki oraz uszczelek – 2 sztuki na rok mamy wliczyć w cenę przeglądu komory do dezynfekcji materacy?

#### Odpowiedź:

Tak, cenę filtrów – 3 sztuki oraz uszczelek – 2 sztuki na rok, należy wliczyć w cenę przeglądu komory do dezynfekcji materacy.

84

**Do zadania nr6**

Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia:

**Zadanie nr 6 – Defibrylatory i kardiomonytory prod.: EMTEL**

Lp.	Nazwa	Model	Nr seryjny	Rok produkcji	Producent	Komórka organizacyjna	
1.	Defibrylator 4szt	Defi Max Plus	05170973 05170974 05179072 05170975	2017	EMTEL	DL/PP	<b>Przegląd:</b> do 7dni od daty podpisania umowy
2.	Kardiomonitor	FX 3000	05171746	2017			
3.	Kardiomonitor	FX 2000P	4886	2015		DK/KTS	
			4887				
			4888				
			4889			DK/ZMN	
			4890				
			4891				
			4892				
4893	DK/ZR						
4894							
			5013	2016			
			5133	2017			

**Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:**

- 1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
- 2) Kontrola występowania usterek zewnętrznych,
- 3) Inspekcja oraz kalibracja urządzenia,
- 4) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
- 5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
- 6) Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego,
- 7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
- 8) Wykasowanie błędów oraz informacji o kolejnym przeglądzie,
- 9) Dokumentacja przeglądu potwierdzona wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

**Zamawiający przedłuża jednocześnie termin składania ofert cenowych do dnia 30.10.2020 r.**

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Aparatury Medycznej  
inż. Weronika Smolarz

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
mgr Urszula Wojcieszek

Z-CA DYREKTORA  
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotula