CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ODDZIAŁ W GLIWICACH

Gliwice, dnia 24.01.2019r

Nr sprawy DA/AM-231-7/19

WWW.IO.GLIWICE.PL

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dot. zapytania ofertowego nr DA/AM-231-7/19 z dnia 15.01.2019 r. dot. dostawy dwóch ssaków elektrycznych opisanych w załączniku do niniejszego zapytania.

W związku ze złożonymi zapytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielonej odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wymiarach 310 × 240 × 190 mm (szer. × wys. × dł.) oraz o wadze 4,9 kg? Oferowane parametry tylko nieznacznie różnią się od wymogów Zamawiającego i nie będą miały wpływu na jakość ani komfort pracy personelu.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuści

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o przepływie maksymalnych 20 l/min i podciśnieniu 80 kPa? Oferowane wartości pozwalają na skuteczne odsysanie podczas standardowej pracy na oddziałach szpitalnych oraz salach zabiegowym (np. endoskopia).
   Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o trybie pracy przerywanym – 20 min. pracy, 10 min. przerwy?
   Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z diodami informacyjnymi: zasilanie sieciowe, ładowanie akumulatora, akumulator wyczerpany, z pracą na akumulatorze do 3,5 godziny (przy podciśnieniu 75 kPa)?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuści

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
mgr Małgorzata Jasniak-Racinowska

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej
inż. Henryk Kwaśniewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Jarosław Jeziorski

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansowo-Zarządzania
mgr Anna Kotuła