

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

Dot. zapytania cenowego nr DA/AM-231-70/20 z dnia 08.10.2020 r. **dot. świadczenia usług przeglądów aparatury medycznej**

W związku ze złożonym zapytaniem do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego, przekazujemy Państwu treść pytania, jak i udzielonej odpowiedzi.

**Pytanie nr1 do zadania nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje również wykonania pomiarów mocy generatora testerem posiadającym ważny dokument kalibracji.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający oczekuje również wykonania pomiarów mocy generatora testerem posiadającym ważny dokument kalibracji.

Z-CAD KIEROWNIKA  
ds. Finansowego i Zarządzania  
*mgr Anna Kotula*

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Aparatury Medycznej  
*inż. Weronika Smolarz*

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
*mgr Urszula Wojcieszek*