CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ODDZIAŁ W GLIWICACH

WWW.IO.GLIWICE.PL

Nr spr. DO/DZ-072-71/2019
Gliwice dn. 21.06.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania ofertowego nr DO/DZ-072-71/2019 z dnia 12.06.2019r. na dzierżawę systemu do monitorowania i rejestracji temperatur w lodówkach i cieplarkach w pomieszczeniach Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej na okres 48 miesięcy

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie ww. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść zapytań jak i udzielonych odpowiedzi.

1.Czy funkcję alarmowania dźwiękowego ma mieć każdy czujnik, czy wystarczy jak taki alarm będzie w wybranych miejscach (np. pomieszczeniu operatora systemu, w każdym z pomieszczeń z lodówkami/cieplarkami)?
Czy też może wystarczy, jak taki alarm dźwiękowy będzie pojawiał się na smartfonie Użytkownika?

Odp.
Funkcję alarmowania dźwiękowego ma posiadać każdy czujnik.

2. Czy Zamawiający dopuści bezpośredni eksport danych do formatu .csv. Format ten można otworzyć w każdym programie edytorskim, czy to notatnik, czy to pakiet Microsoft Office, Libre Office, czy dowolny inny, a także dowolną przeglądarką Internetową i tym samym docelowo zapisać do każdego preferowanego formatu html, pdf, txt, xls.
Odp.
Zgodnie z załącznikiem do zapytania cenowego.

3. Czy Zamawiający dopuści system, w którym pomiar temperatury odbywa się nawet co 1 s., ale sama rejestracja temperatury (zapisywanie jej na serwerze) nie może być częstsza niż co 10 minut w stanie normalnym (tzn. gdy nie ma przekroczenia temperatury, wtedy rejestracja prowadzona jest z interwałem min. 10 minutowym). Taki sposób działania pozwala nam znacząco skrócić długość raportów do wydruku, zaoszczędzić miejsce na serwerze, a jednocześnie daje pewność, że żadne przekroczenie nie zostanie niezauważone, bo sam pomiar temperatury odbywać się może nawet co 1 s, i każda zauważona podczas takiego pomiaru nieprawidłowość jest automatycznie rejestrowana i zgłaszana.
Odp.
Zgodnie z załącznikiem do zapytania cenowego.

4. Czy Zamawiający dopuści czujniki bezprzewodowe, ale przesyłające dane drogą radiową w paśmie 868Mhz a nie Bluetooth? Transmisja radiowa jest mniej podatna na zakłócenia i pozwala osiągać większe odległości.
Odp.
Zgodnie z załącznikiem do zapytania cenowego.

5. Czy zamawiający wymaga by czujniki były zasilane i z baterii, i z sieci 230V AC? Czy nie komplikuje to niepotrzebnie instalacji czujników w lodówkach i cieplarkach? Będą potrzebne porty walidacyjne i dodatkowe gniazda sieciowe. Czy ma to sens w przypadku, gdy bateria wystarcza w czujniku na min. 2 lata i niski poziom tej baterii jest zgłaszany SMSowo lub e-mailem?
Odp.
Zamawiający wymaga aby czujniki bezprzewodowe w chłodziarkach i cieplarkach zasilane były z baterii, natomiast czujniki w zamrażarkach niskotemperaturowych zasilane przewodowo.

6. Czy przez walidację czujnika Zamawiający rozumie wzorcowanie/kalibrację?
Odp.
Zamawiający poprzez walidację czujnika rozumie wzorcowanie wraz z udokumentowaniem (w formie papierowej) poprawności działania czujników.

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania
mgr Anna Kotuła

.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
24.06.19r.
mgr Urszula Wojcieszek

Vogel M. Filipek