URZĄDZENIA OBJĘTE USŁUGĄ SERWISOWĄ I PRZEGLĄDOWĄ

ZADANIE NR 2

L.P.	TYP APARATU	CZAS OBOWIĄZYWANIA KONTRAKTU	ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW (ŁĄCZNIE W TRAKCIE KONTRAKTU)
1	**Syntetyzery Synthera: (2 szt)** **- Moduł Kontrolny** **- Moduł Procesowy** • Synthera V1 Vacuum Pump • Synthera burkert valve • Solenoid valve, type cpasc1-m1h-m-p-2,5 • Solenoid valve, type cpasc1-m1h-e-p-2,5 • IFP holder • Heater holder actutator • Pressure sensor • Radiation sensor **- Manometry - He** **- Manometry z reduktorem – Sprężone powietrze** **- Laptop PC**	. 24 miesiące	Synthera S1: 1 - przegląd w 2021 Synthera S4: 1 – po 1 na rok (łącznie 3)
2	**Komory Gorące BBS (2 szt)** • Filtry • Manometry • Uszczelki • Plexiglass • Liczniki radioaktywności • Przesłona między komorami	24 miesiące	2 na rok - po 1 dla każdej komory (łącznie 4)
3	**Komora FHR** • Filtr • Manometr • Wentylator wrzutowo-nawiewowy • Oświetlenie komory • Plexiglass	24 miesiące	1 na rok (łącznie 2)
4	**Pre-komora** • Filtry • Manometr • Wentylator wrzutowo-nawiewowy • Oświetlenie komory • Plexiglass • Uszczelki	24 miesiące	1 na rok (łącznie 2)

Z-CA KIEROWNIKA
Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
mgr inż. Marcin Szydło

L.P.	TYP APARATU	CZAS OBOWIĄZYWANIA KONTRAKTU	ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW (ŁĄCZNIE W TRAKCIE KONTRAKTU)
5	**Komora FHR LAF 50SSC** • Filtry • Manometry • Uszczelki • Czujnik pomiaru prędkości powietrza • Wentylator wrzutowo-nawiewowy • Drzwi przesuwne z osłoną ołowianą • Oświetlenie komory	24 miesiące	1 na rok (łącznie 2)
6	**Komora Gorąca MANUELA** • Filtry • Manometry • Uszczelki • Liczniki radioaktywności • Sejf osłonny • Wentylator wrzutowo-nawiewowy • Kapilary: Sejf<->komora MANUELA • Oświetlenie komory	24 miesiące	1 na rok (łącznie 2)