

Wykaz wymaganych przedmiotowych środków dowodowych (próbek) , ocena jakości - załącznik nr 5 do SWZ

Zad. nr: 1 1 - Obróbka, mycie i dezynfekcja endoskopów elastycznych

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość użycia – ad 100 pkt.	5 szt.
2	Łatwość użycia – ad 100 pkt.	5 szt.
3	Czas działania – 5 min – ad 100 pkt.	1 szt.
4	Czas działania – 4 min – ad 100 pkt.	1 szt.
5	Łatwość użycia – ad 100 pkt.	5 szt.

Zad. nr: 2 2 - Mycie, dezynfekcja i pielęgnacja rąk.

Ocena jakości

Próbki

1	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość rozprowadzania i szybkość wchłaniania w skórę – od 1 – 50 pkt.	5 op.
2	Brak oceny	Próbki niewymagane
3	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych, nawilżenie) – od 1 - 50 pkt. Łatwość rozprowadzania i szybkość wchłaniania w skórę – od 1 - 50 pkt.	4 szt.
4	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych, nawilżenie) – od 1 - 50 pkt. Łatwość rozprowadzania i szybkość wchłaniania w skórę – od 1 - 50 pkt.	4 szt.
5	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość rozprowadzania i szybkość wchłaniania w skórę – od 1 – 50 pkt.	1 szt.
6	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość rozprowadzania i szybkość wchłaniania w skórę – od 1 – 50 pkt.	4 szt.
7	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość rozprowadzania i szybkość wchłaniania w skórę – od 1 – 50 pkt.	4 szt.
8	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Właściwości myjące środka – od 1 – 50 pkt.	4 szt.
9	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Właściwości myjące środka – od 1 – 50 pkt.	4 szt.
10	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Właściwości myjące środka – od 1 – 50 pkt.	4 szt.

Zad. nr: 3 3 - Maty dekontaminacyjne

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt. Zdolność przyciągania, zbierania i zatrzymywania zanieczyszczeń – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
2	Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt. Zdolność przyciągania, zbierania i zatrzymywania zanieczyszczeń – od 1 – 50 pkt.	2 szt.

Zad. nr: 4 4 - Preparat dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji lodówek i powierzchni ma

Ocena jakości

Próbki

1	Wpływ na powierzchnię (smugi, zacieki, ślady) – od 1 – 50 pkt. Poręczność opakowania – od 1 – 50 pkt.	4 op.
---	--	-------

Zad. nr: 5 5 - Dekontaminacja skóry i i produktów medycznych.

Ocena jakości

Próbki

1	Właściwości odtłuszczające skórę – od 1 – 50 pkt. Wpływ na skórę (brak reakcji drażniących) – od 1-50 pkt.	2 op.
---	---	-------

2	Wpływ na powierzchnię – od 1 – 50 pkt. Poręczność opakowania – od 1 – 50 pkt.	2 op.
---	--	-------

Zad. nr: **6** 6 - Preparaty do dekontaminacji maszynowej

Ocena jakości

Próbki

1	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
2	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
3	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
4	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
5	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
6	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
7	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
8	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
9	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.
10	Skuteczność – ad 100 pkt.	1 szt.

Zad. nr: **7** 7 - Preparat do dezynfekcji powierzchni / narzędzi o pełnym spektrum działania

Ocena jakości

Próbki

1	Czas działania – od 1 – 50 pkt.	1 szt.
2	Czas działania – od 1 – 50 pkt.	1 szt.
3	Czas działania – od 1 – 50 pkt.	1 szt.
4	Czas działania – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
5	Czas działania – od 1 – 50 pkt.	2 szt.

Zad. nr: **8** 8 - Preparaty gotowe do użycia do mycia i dezynfekcji małych powierzchni.

Ocena jakości

Próbki

1	Wpływ na powierzchnię (nalot, smugi, zacieki) – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia- 1-20 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	2 op.
2	Wpływ na powierzchnię (nalot, smugi, zacieki) – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia- 1-20 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	2 op.
3	Wpływ na powierzchnię (nalot, smugi, zacieki) – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia- 1-20 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	4 op.
4	Wpływ na powierzchnię (nalot, smugi, zacieki) – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia- 1-20 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	2 op.
5	Wpływ na powierzchnię (nalot, smugi, zacieki) – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia- 1-20 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działania drażniące – 0 pkt.	2 op.

6	Wpływ na powierzchnię (nalot, smugi, zacieki) – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia- 1-20 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	2 op.
7	Wpływ na powierzchnię (nalot, smugi, zacieki) – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia- 1-20 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	2 op.
8	Wpływ na powierzchnię (nalot, smugi, zacieki) – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia- 1-20 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	4 op.

Zad. nr: **9** 9 - Preparat do dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem organicznym (Blok O)

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość przygotowania roztworu roboczego – od 1 – 40 pkt. Czas działania – od 1 – 30 pkt. Wpływ na powierzchnie (smugi, zacieki, nalot) – od 1 – 30 pkt.	5 szt.
---	--	--------

Zad. nr: **10** 10 - Preparat do dezynfekcji powierzchni o pełnym spektrum działania.

Ocena jakości

Próbki

1	Funkcjonalność – od 1 – 40 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 40 pkt. Wpływ na powierzchnię – od 1 – 20 pkt.	2 op.
2	Szybkość rozpuszczania tabletek w wodzie – od 1 – 30 pkt. Całkowita rozpuszczalność - od 1-30 pkt. Reakcje drażniące na drogi oddechowe, spojówki: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie – 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	2 op.

Zad. nr: **11** 11 - Preparat do dekontaminacji skóry przed zabiegiem operacyjnym

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt. Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt.	5 szt.
2	Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt. Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt.	5 szt.

Zad. nr: **12** 12 - Preparat do manualnej dekontaminacji endoskopów oraz sprzętu medycznego

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość przygotowania roztworu roboczego – od 1 – 30 pkt. Wpływ na powierzchnię – od 1 – 30 pkt. Drażniący zapach: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie - 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	1 szt.
2	Łatwość przygotowania roztworu roboczego – od 1 – 30 pkt. Wpływ na powierzchnię – od 1 – 30 pkt. Drażniący zapach: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie - 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	1 szt.

3	Łatwość przygotowania roztworu roboczego – od 1 – 30 pkt. Wpływ na powierzchnię – od 1 – 30 pkt. Drażniący zapach: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie - 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	1 szt.
---	--	--------

Zad. nr: 13 13 - Preparat myjąco- dezynfekcyjny do dużych powierzchni szpitalnych

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość przygotowania roztworu roboczego – od 1 – 30 pkt. Wpływ na powierzchnię – od 1 – 30 pkt. Drażniący zapach: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie - 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	1 op.
2	Łatwość przygotowania roztworu roboczego – od 1 – 30 pkt. Wpływ na powierzchnię – od 1 – 30 pkt. Drażniący zapach: - brak – 40 pkt. - średnie nasilenie - 20 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	1 op.

Zad. nr: 14 14 - Preparat do oczyszczacza powietrza Genano 310

Ocena jakości

Próbki

1	Szczelność zaworu ad 100 pkt.	1 szt.
---	-------------------------------	--------

Zad. nr: 15 15 - Preparaty do dekontaminacji skóry, ran i błon śluzowych

Ocena jakości

Próbki

1	Wpływ na błony śluzowe/ skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
2	Wpływ na błony śluzowe – od 1 – 50 pkt. Funkcjonalność opakowania – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
3	Właściwości oczyszczające skórę – od 1 – 50 pkt. Właściwości absorbujące – od 1 – 50 pkt.	1 op.
4	Właściwości oczyszczające skórę – od 1 – 50 pkt. Właściwości absorbujące – od 1 – 50 pkt.	1 op.
5	Wpływ na błony śluzowe/ skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
6	Wpływ na błony śluzowe/skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
7	Wpływ na błony śluzowe/skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
8	Wpływ na błony śluzowe/skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
9	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
10	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
11	Wpływ na skórę -od 1 - 50 pkt Drażniący zapach: - brak – 50 pkt. - średnie nasilenie - 25 pkt. - intensywne działanie drażniące – 0 pkt.	2 szt.
12	Wpływ na błony śluzowe/skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	5 szt.
13	Wpływ na błony śluzowe/ skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	5 szt.
14	Wpływ na błony śluzowe/skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.
15	Wpływ na błony śluzowe/skórę (brak reakcji alergicznych) – od 1 – 50 pkt. Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt.	2 szt.

Zad. nr: 16 16 - Szczotki do chirurgicznego mycia rąk

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość użycia ad 100 pkt.	40 szt.
2	Łatwość użycia ad 100 pkt.	40 szt.

Zad. nr: 17 17- Preparaty do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk kompatybilne z systemami

Ocena jakości

Próbki

1	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych, podrażnień skóry) – od 1 – 70 pkt. Szczelność opakowania – od 1 – 30 pkt.	2 op.
2	Wpływ na skórę (brak reakcji alergicznych, podrażnień skóry) – od 1 – 70 pkt. Szczelność opakowania – od 1 – 30 pkt.	2 op.
3	Brak oceny	Próbki niewymagane

Zad. nr: 18 18 - Sterylne preaparaty oraz jałwe akcesoria do CLEAN ROOM

Ocena jakości

Próbki

1	Brak oceny	Próbki niewymagane
2	Brak oceny	Próbki niewymagane
3	Brak oceny	Próbki niewymagane
4	Brak oceny	Próbki niewymagane
5	Brak oceny	Próbki niewymagane
6	Brak oceny	Próbki niewymagane
7	Brak oceny	Próbki niewymagane
8	Brak oceny	Próbki niewymagane
9	Brak oceny	Próbki niewymagane
10	Brak oceny	Próbki niewymagane

Zad. nr: 19 19 - Waniенki do wstępnej dezynfekcji narzędzi.

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt. Szczelność – od 1 – 50 pkt.	1 szt.
2	Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt. Szczelność – od 1 – 50 pkt.	1 szt.
3	Łatwość użycia – od 1 – 50 pkt. Szczelność – od 1 – 50 pkt.	1 szt.

Zad. nr: 20 20 - Akcesoria Endoskopowe - szczotki A

Ocena jakości

Próbki

1	Brak oceny	Próbki niewymagane
---	------------	--------------------

Zad. nr: 21 21 - Akcesoria Endoskopowe - szczotki B

Ocena jakości

Próbki

1	Brak oceny	Próbki niewymagane
---	------------	--------------------

Zad. nr: 22 22 - Produkty lecznicze

Ocena jakości

Próbki

1	Brak oceny	Próbki niewymagane
2	Brak oceny	Próbki niewymagane
3	Brak oceny	Próbki niewymagane
4	Brak oceny	Próbki niewymagane
5	Brak oceny	Próbki niewymagane
6	Brak oceny	Próbki niewymagane
7	Brak oceny	Próbki niewymagane

Zad. nr: 23 23 - Środki chemiczne do automatycznych procesów wykonywanych w Sterylizatorni oraz Stacji Łóżek

Ocena jakości

Próbki

1	Brak oceny	Próbki niewymagane
2	Brak oceny	Próbki niewymagane
3	Brak oceny	Próbki niewymagane
4	Brak oceny	Próbki niewymagane
5	Brak oceny	Próbki niewymagane

Zad. nr: 24 24 - Środki chemiczne do konserwacji i pielęgnacji narzędzi medycznych

Ocena jakości

Próbki

1	Brak oceny	Próbki niewymagane
2	Brak oceny	Próbki niewymagane
3	Brak oceny	Próbki niewymagane
4	Brak oceny	Próbki niewymagane