



**CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT**  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
ODDZIAŁ W GLIWICACH

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU**

W imieniu Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku.

**dotyczy Rurek tracheostomijnych foniatrycznych**

według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia

W ofercie prosimy podać:

- termin płatności (min. 30 dni od dnia dostarczenia faktury)
- termin realizacji przedmiotowego zamówienia
- koszty transportu (minimum logistyczne)
- specyfikacje techniczną

**Wymagany termin złożenia oferty cenowej - 2019-04-19**

Ofertę/wycenę przesać na adres poczty elektronicznej apteka@io.gliwice.pl lub przesać ww. terminie na adres:

**Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie**  
**Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice**  
**Apteka**

W razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej apteka@io.gliwice.pl

*mgr farm. Marek Sekular*

.....  
podpis Kierownika komórki organizacyjnej

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

.....  
podpis Kierownika DODZ

Z-CADYREKTORA  
ds. Finansów i Zarządzania

*mgr Anna Kotuła*

.....  
podpis właściwego Zastępcy Dyrektora Oddziału

Załącznik:

-Opis przedmiotu zapytania

**CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH**  
44-101 GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15

Centrala Tel.: +48 32 278 88 86  
Centrala Fax: +48 32 231 35 12

Dyrekcja Tel.: +48 32 278 96 18  
Dyrekcja Fax: +48 32 230 78 07

E-mail: onkologia@io.gliwice.pl  
Url: www.io.gliwice.pl

NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028

## OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Zadanie

**1**

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Jałowa, jednorazowa rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, z 1 otworem fencystracyjnym, linia rtg, na całej długości bez lateksu i ftalanów. Rurka posiadająca miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu oraz prowadnice i 2 tasiemki mocujące. Rozmiar I.D. 3,0-10,0 mm, O.D. 4,2-13,7 mm, długość 35-98 mm.	10 szt.

KIEROWNIK  
Apteki  
mgr farm. Marek Sekular