



DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane – w celu rozeznania rynku - zapytanie ofertowe **dot. świadczenia usług serwisowych aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 2010376 TomoTherapy** wymienionego w załączniku do niniejszego zaproszenia według opisanych wymagań.

Oferta powinna zawierać:

1. Okres serwisowania – **36 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. 17.09.2019 r.**
2. Ważność oferty minimum 60 dni
3. Wycenę zawierającą kwotę netto oraz brutto.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania z KRS.

Wymagany termin złożenia oferty cenowej – **do 17.05.2019 r.**

**Ofertę z wyceną prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej
aparatura.medyczna@io.gliwice.pl**

W razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż do 13.05.2019 r.) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: aparatura.medyczna@io.gliwice.pl

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

inż. Henryk Kwadźniewski

.....
podpis Kierownika komórki organizacyjnej

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Jarosław Jeziorski

.....
podpis Kierownika DO/DZ

Z-CIA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotuła

.....
podpis właściwego Zastępcy Dyrektora Oddziału

Aparat do tomoterapii Tomo HD s/n 2010376:

1. Tomoskaner
2. Termoelektrometer, SDAP (komputer), monitor
3. Sprężarka powietrza z zbiornikiem wyrównawczym
4. System wideo
5. Planing station - komputer, monitor, UPS
6. Share Plan - komputer, monitor
7. DQA - komputer, monitor
8. Komputer OS, monitor
9. Drukarka Ricoch szt.2
10. Serwer G4
- 11 Fantom stały CIRS
12. System laserów - centratorów

Zakres usługi serwisowania:

1. Przeglądy okresowe wraz z materiałami koniecznymi do jego wykonania (wyłączając przeglądy urządzenia w dniach 14-15.12.2019 r. oraz 14-15.03.2020 r., które zostały ujęte w odrębnej umowie)- interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, obejmujące, co najmniej:
 - a. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
 - b. Kontrola występowania usterek zewnętrznych
 - c. Inspekcja zużycia części
 - d. Usunięcie zauważonych usterek sprzętu
 - e. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła
 - f. Smarowanie ruchomych części mechanicznych
 - g. Wymiana materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta
 - h. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
 - i. Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego
 - j. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych
 - k. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
 - l. Dokumentacja przeglądów
2. Naprawy obejmujące:
 - 1) Interwencje na wezwanie – praca w miejscu sprzętu, przyjazd inżyniera serwisu do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt i dni ustawowo

wolnych od pracy).

Konsultacja telefoniczna:

- do jednej godziny od chwili zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰


- do godziny 12⁰⁰ dnia następnego (dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 16⁰⁰-8⁰⁰)

Termin usunięcia awarii:

- 4 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, gdy nie ma potrzeby sprowadzania części zamiennych,

- 8 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii w wypadku sprowadzania części zamiennych

- 2) Diagnostowanie błędów, usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw sprzętu (przywracanie sprzętu i jego środowiska do pełnej funkcjonalności) w sytuacjach wynikłych z naturalnego zużycia części.
- 3) Dostawa części zamiennych i komponentów specjalnych niezbędnych do usuwania usterek i przeprowadzenia napraw, w tym dostawa wszystkich części zamiennych w celu zastąpienia tych, które się uszkodziły lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji.
- 4) Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie
- 5) Dokumentacja interwencji serwisowych

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

inż. Henryk Kwaśniewski