



DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane – w celu rozeznania rynku - zapytanie ofertowe **dot. świadczenia usług serwisowych akceleratora CyberKnife s/n C251 firmy ACCURAY** wraz z wyposażeniem określonym w załączniku do niniejszego zaproszenia według opisanych wymagań.

Oferta powinna zawierać:

1. Okres serwisowania – **36 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. 17.09.2019 r.**
2. Ważność oferty minimum 60 dni
3. Wycenę zawierającą kwotę netto oraz brutto.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania z KRS.

Wymagany termin złożenia oferty cenowej – **do 17.05.2019 r.**

Ofertę z wyceną prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej
aparatura.medyczna@io.gliwice.pl

W razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż do 13.05.2019 r.) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: aparatura.medyczna@io.gliwice.pl

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

.....*inż. Henryk Kwaśniewski*.....
podpis Kierownika komórki organizacyjnej

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

.....*mgr Jarosław Jezioro*.....
podpis Kierownika DO/DZ

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotuła

.....
podpis właściwego Zastępcy Dyrektora Oddziału

CyberKnife s/n C251:

1. Stół terapeutyczny Robocouch
2. Stół z kolimatorami stałymi i IRIS
3. Kolimator IRIS
4. Robot sterujący akceleratorem
5. System obrazowania obejmujący lampy RTG oraz detektory obrazowe
6. System weryfikacji ruchomości oddechowej SYNCHRONY
7. Komputerowe stacje sterujące pracą systemu
8. Stacje planowania leczenia – szt.2
9. Serwer danych
10. Komputer CK Admin
11. Drukarka laserowa
12. Fantom głowa / szyja do wykonywania testów E2E
13. Fantom automatyczny do testów dziennych AQA
14. System laserów/ centratorów
15. System monitoringu
16. Interkom
17. System nagłośnieniowy audio

Zakres usługi serwisowania:

1. Przeglądy okresowe wraz z materiałami koniecznymi do jego wykonania (wyluczając przeglądy urządzenia w dniach 16-18.11.2019 r. oraz 8-9.02.2020 r., które zostały ujęte w odrębnej umowie) - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, obejmujące, co najmniej:
 - a. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
 - b. Kontrola występowania usterek zewnętrznych
 - c. Inspekcja zużycia części
 - d. Usunięcie zauważonych usterek sprzętu
 - e. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła
 - f. Smarowanie ruchomych części mechanicznych
 - g. Wymiana materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta
 - h. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
 - i. Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego
 - j. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych
 - k. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
 - l. Dokumentacja przeglądów

2. Naprawy obejmujące:

- 1) Interwencje na wezwanie – praca w miejscu sprzętu, przyjazd inżyniera serwisu do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Konsultacja telefoniczna :

- do jednej godziny od chwili zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰
- do godziny 12⁰⁰ dnia następnego (dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 16⁰⁰-8⁰⁰)

Termin usunięcia awarii:

- 4 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, gdy nie ma potrzeby sprowadzania części zamiennych,
 - 8 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii w wypadku sprowadzania części zamiennych
- 2) Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw sprzętu (przywracanie sprzętu i jego środowiska do pełnej funkcjonalności) w sytuacjach wynikłych z naturalnego zużycia części.
- 3) Dostawa części zamiennych i komponentów specjalnych niezbędnych do usuwania usterek i przeprowadzenia napraw, w tym dostawa wszystkich części zamiennych w celu zastąpienia tych, które się uszkodziły lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji.
- 4) Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie
- 5) Dokumentacja interwencji serwisowych

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

inż. Henryk Kwaśniewski