Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Nr spr. DA/AM-231-63/20
Gliwice dn. 16.09.2020

ZAPYTANIE CENOWE
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe **dot. dzierżawy aparatu do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżnią na okres 36 miesięcy wraz dostawą sprzętu jednorazowego do pobierania wycinków dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,** według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia.

1. Opis przedmiotu zamówienia – **stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania**.
2. **Oferta cenowa musi zawierać:**
   a) **wartość netto i brutto miesięcznej dzierżawy urządzenia oraz sprzętu jednorazowego**
   b) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury,**
   c) okres ważności złożonej oferty (wymagany **min. 60 dni**),
   d) **termin realizacji zamówienia.**

   Uwaga: Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ani Kodeksu cywilnego.
3. **Termin złożenia oferty: 22.09.2020r.**
4. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**
   a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej **aparatura.medyczna@io.gliwice.pl** lub na n/w adres: Narodowy Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice Dział Aparatury Medycznej (pok.0.118)
   b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (*jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert*) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: **aparatura.medyczna@io.gliwice.pl**
5. Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
7. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
2. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 2

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania
mgr Anna Kotuła

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Aparatury Medycznej
inż. Weronika Smolarz

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

Załącznik: nr 1
Aparat do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżnią wraz ze sprzętem jednorazowym do pobierania wycinków – 1 szt.

Nr sprawy: DA/AM-231-63/20
Gliwice, dnia 16.09.2020

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
1.	Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2019	TAK	
2.	Specyfikacja aparatu:		
	System modułu pompy powiązanej z modułem sterującym (system biopsyjny) system sterowany komputerowo wyposażony w moduł kontrolny, moduł ssący z pompą próżniową do wytwarzania podciśnienia, jeden rodzaj rękojeści do wykonywania biopsji pod kontrolą USG, MMG i MRI, posiadającą zastosowanie igieł biopsyjnych minimum w trzech rozmiarach, średnica zewnętrzna od 7G do 12G sterownika.	TAK	
	Dotykowy wyświetlacz; możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji przez igłę biopsyjną; możliwość zastosowania znaczników biopsji pod kontrola USG; możliwość zaprogramowania systemu do automatycznego wykonania biopsji w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści; niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym w rękojeści oraz za pośrednictwem nożnego sterownika; zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał i dodatkowo w zestawie koszyczek zapasowy; automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, trocarowy kształt ostrza igły.	TAK	
	Sterowanie ruchem noża biopsyjnego za pomocą: przycisków nożnych i bezpośrednio na uchwycie biopsyjnym USG, MMG, MRI w tym samym czasie bez konieczności ponownej kalibracji rękojeści przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów.	TAK	
	Regulacja oświetlenia w rękojeści.	TAK	
	Zintegrowany z igłą wymienny koszyk na pobierany materiał mieszczący min. 25 wycinków z możliwością kontroli wizualnej. Do igły dołączony dodatkowy koszyk zwiększający możliwość pobierania materiału do 50 wycinków.	TAK	
	System rotacyjny automatyczny z końcówką trokową.	TAK	
	Pojemnik próżniowy, pojemność minimum 800 ml.	TAK	
	Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści.	TAK	
	Jedna rękojeść oraz system, który umożliwia wykonywanie procedur biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią pod kontrolą USG i MMG.	TAK	
	Jedna rękojeść oraz system, który umożliwia wykonywanie procedur biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią pod kontrolą MRI.	TAK	
3.	Specyfikacja sprzętu jednorazowego do biopsji pod kontrolą USG i MMG:	TAK	
	Igły w trzech rozmiarach (od 7G do 12G) do biopsji pod kontrolą RTG kompatybilne z Affirm Prone Biopsy System firmy Hologic z dodatkową możliwością regulacji wielkości komory w igle biopsyjnej w celu zwiększenia możliwości doboru odpowiedniego rozmiaru igły do wielkości pobieranego wycinka – 2000 sztuk	TAK	
	Znacznik tkanki gruczołu sutkowego – 2000 sztuk (składa się z aplikatora jednorazowego użytku zawierającego):		
	• 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które zasadniczo ulegają wchłonięciu w ciągu około	TAK	

	12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu bądź z materiału BioDur™ 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (polimer PVA) zapewniającym stałe wzmocnienie w przypadku obrazowania ultradźwiękowego. Należy pamiętać, że polimer PVA nie ulega wchłonięciu.		
	• 1 polietylenoglikolową (PEG) peletkę.	TAK	
	• Drut służy do długoterminowego znakowania radiograficznego miejsca pobrania bioptatu. Polimer PVA służy do długoterminowego znakowania sonograficznego miejsca pobrania bioptatu.	TAK	
	• Aplikator w kształcie strzykawki jest zgodny z sondą biopsyjną, co umożliwia dostęp do miejsca pobrania bioptatu.	TAK	
	Uchwyt do igieł kompatybilny z drenami igieł w trzech rozmiarach (od 7G do 12G) i systemem biopsyjnym Affirm Prone Biopsy System firmy Hologic – 1 sztuka	TAK	
	Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo do w/w systemu – 2000 sztuk	TAK	
	Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo do w/w systemu – 2000 sztuk	TAK	
	Stabilizatory do biopsji próżniowej kompatybilne z drenami igieł w trzech rozmiarach (od 7G do 12G) i systemem biopsyjnym Affirm Prone Biopsy System firmy Hologic – 2000 sztuk	TAK	
4.	Specyfikacja sprzętu jednorazowego do biopsji pod kontrolą MR:	TAK	
	Sterylna igła biopsyjna wraz z drenami do biopsji, kompatybilna do biopsji pod kontrolą MRI 7G 134mm i 10G 133 mm, okno biopsyjne 19 mm i 9,5 mm. Igła wyposażona w koszyk na bioptaty – 700 sztuk	TAK	
	Znacznik tkankowy widoczny w MRI, w kaniuli dostosowanej do aplikacji przez igłę biopsyjną 7G 134mm i 10G 133 mm. Urządzenie kompatybilne z igłą do biopsji pod kontrolą MRI i przeznaczone do użytku wraz z rezonansem – 700 sztuk	TAK	
	Zestaw wprowadzający do MRI umożliwiający wykonanie procedury biopsyjnej, kompatybilny z zamawianymi igłami – 700 sztuk	TAK	
	Zestaw drenów do MRI – 700 sztuk	TAK	
	Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżniowo do w/w systemu – 700 sztuk	TAK	
	Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżniowo do w/w systemu – 700 sztuk	TAK	

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY.
ODDZIAŁ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy."
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.