

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DA/DT-381-43/21 z dnia 25.06.2021 r. na przegląd sprężarki Atlas Copco SF11+ dla DA/DT Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

W związku ze złożonym zapytaniem odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie: Proszę o dokładne dane wkładu filtra sieciowego węglowego, ponieważ numer który Państwo podali w zapytaniu nie istnieje (PB20 Barg)

Odpowiedź: Typ wkładu filtra węglowego to QD25, part no. 1202 6268-01. Numer PB20 Barg odnosi się do maksymalnego ciśnienia obudowy.

Z-CADYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotula

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

p.o. KIEROWNIKA
Sekcji Gazów Medycznych
inż. Patryk Wąsik

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028