

Parametry techniczne – lampa zabiegowa (minimalne parametry techniczne)

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
Informacje ogólne			
1.	Producent / Kraj	Tak, <i>podać</i>	
2.	Model / Typ (jeżeli posiada)	Tak, <i>podać</i>	
3.	Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego	Tak, <i>podać</i>	
4.	Certyfikat CE	Tak	
Parametry podstawowe			
1.	Lampa Zabiegowa mocowana do szyny	Tak	
2.	Czasza składająca się z 1 modułu świetlnego LED	Tak	
3.	Ilość diod w czaszy min. 7 szt.	Tak, <i>podać</i>	
4.	Oświetlenie, w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej	Tak	
5.	Natężenie światła (z odległości 0.5 m) min. 50.000 lux	Tak, <i>podać</i>	
6.	Czasza lampy zamocowana na ramieniu typu „gęsia szyja”	Tak	
7.	Włącznik lampy zlokalizowany na podstawie ramienia typu „gęsia szyja”	Tak	
8.	Odtworzenie barwy światła słonecznego Ra \geq 93	Tak, <i>podać</i>	
9.	Indeks oddawania barw R9 \geq 90	Tak, <i>podać</i>	
10.	Stała temperatura barwowa 4400 K +/- 100 K	Tak, <i>podać</i>	
11.	Stała średnica pola światła min. 18 cm (z odległości 0.5 m)	Tak, <i>podać</i>	
12.	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 66 cm	Tak, <i>podać</i>	
13.	Zasilanie – 230 V	Tak, <i>podać</i>	
14.	Żywotność źródła światła min. 50 000h	Tak, <i>podać</i>	
15.	Pobór mocy źródła światła max. 7W	Tak, <i>podać</i>	
16.	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami	Tak	
17.	Całkowita waga lampy nie większa niż 1,5 kg	Tak, <i>podać</i>	
18.	Wymiary czaszy nie większe niż 20 x 10 cm x 5 cm	Tak, <i>podać</i>	
19.	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego	Tak	
Gwarancja i serwis			
20.	Gwarancja 12 miesięcy	Tak	
21.	Katalogi/ prospekty zawierające opisy oferowanego sprzętu - załączyć do Oferty	Tak	
22.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej	Tak	

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ
W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.