

Parametry techniczne – pulsoksymetr ręczny przenośny (minimalne parametry techniczne)

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
Informacje ogólne			
1.	Producent / Kraj	TAK, <i>podać</i>	
2.	Model / Typ (jeżeli posiada)	TAK, <i>podać</i>	
3.	Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego	TAK, <i>podać</i>	
4.	Certyfikat CE dla urządzeń medycznych	TAK	
Parametry podstawowe			
1.	Pulsoksymetr ręczny przenośny	TAK	
2.	Przeznaczony do pomiaru saturacji i pulsu u dzieci i dorosłych	TAK	
3.	Kolorowy Wyświetlacz LCD typu OLED	TAK	
4.	Wyświetlane parametry: SpO2, PR, Plesmogram, wskaźnik pulsu	TAK	
5.	Alarm audio-wizualny parametrów fizjologicznych i technicznych	TAK	
6.	Możliwość ustawienia dolnych i górnych granic alarmowych dla SpO2 oraz PR	TAK	
7.	Pamięć dla min. 30 pacjentów, zapamiętywanie danych pomiarowych min. 72 godzin	TAK	
8.	SpO2: Zakres pomiaru: min. 0%-99%	TAK, <i>podać</i>	
9.	SpO2: Rozdzielczość: 1%	TAK, <i>podać</i>	
10.	Puls: Pomiar w zakresie min. 30-250 bpm (uderzeń na minutę)	TAK, <i>podać</i>	
11.	Puls: dokładność: 1bpm	TAK	
12.	Zasilanie akumulatorowe wymienne	TAK	
13.	Dodatkowo minimum dwa akumulatory w zestawie	TAK, <i>podać</i>	
14.	Ładowarka do akumulatorów	TAK	
15.	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na wyświetlaczu	TAK	
16.	Automatyczne wyłączenie po 1 minucie bezczynności	TAK	
17.	Waga: max. 300g	TAK, <i>podać</i>	
18.	Dołączony klipsowy czujnik SpO2 dla osoby dorosłej (2 szt.) oraz dziecka (1 szt.)	TAK, <i>podać</i>	
Gwarancja i serwis			
19.	Gwarancja 12 miesięcy	TAK	
20.	Katalogi/ prospekty zawierające opisy oferowanego sprzętu - załączyć do Oferty	TAK	
21.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej	TAK	