

**Parametry techniczne – Elektroda bierna do diatermii (minimalne parametry techniczne) – 6 szt.**

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
<b>Informacje ogólne</b>			
1.	Producent/kraj	TAK, podać	
2.	Model/Typ	TAK, podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego	TAK, podać	
4.	Oznakowanie znakiem CE	TAK	
<b>Parametry podstawowe</b>			
1.	Wielorazowa elektroda bierna do diatermii	TAK	
2.	Elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej wielokrotnego użytku	TAK	
3.	Elektroda współpracująca z powszechnie stosowanymi, izolowanymi generatorami do elektrochirurgii posiadanymi przez Zamawiającego (ERBE i Valleylab)	TAK	
4.	Elektroda indukcyjna	TAK	
5.	Elektroda z dwoma wyprowadzeniami do diatermii	TAK	
6.	Możliwość pracy z dwoma diatermiami równocześnie	TAK	
7.	Elektroda o min. rozmiarach 90 x 50 {cm}	TAK	
8.	Elektroda przezierna dla promieniu RTG	TAK	
9.	Możliwość podgrzania i kompatybilność z urządzeniami do ogrzewania pacjenta	TAK	
10.	Elektroda przyjazna dla skóry pacjenta – brak podrażnień skóry	TAK	
11.	Możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej	TAK	
12.	Możliwość stosowanie jako materac przeciwodleżynowy	TAK	
13.	Kabel wielorazowy do diatermii chirurgicznej z końcówką do posiadanej przez Zamawiającego diatermii chirurgicznej prod. Valleylab – <b>6 szt.</b>	TAK	
14.	Kabel wielorazowy do diatermii chirurgicznej z końcówką do posiadanej przez Zamawiającego diatermii chirurgicznej prod. ERBE – <b>6 szt.</b>	TAK	
<b>Gwarancja i serwis</b>			
15.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	
16.	Termin przydatności elektrody min 24 miesiące od daty dostawy	TAK	
17.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej	TAK	