

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

dot. zapytania ofertowego nr DO/DZ- 072- 97/21 z dnia 14.06.2021 r. dot. dzierżawy aparatu do identyfikacji lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników dla Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

**Pytanie 1**– Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie wymaganych kontroli zewnętrznych. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania wartości zamówienia.

**Odpowiedź:** Wymagane kontrole zewnętrzne to: „ Bakteriologia ogólna – tlenowce – izolowanie patogenów i ocena lekooporności” – 2 razy w roku; „Posiew moczu, skrining, identyfikacja i lekooporność”.

**Pytanie 2** – Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o możliwość zaoferowania aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości z 2018 roku, po przeglądzie oraz z pełną gwarancją.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga analizatora zgodnie z wymogami siwz.

**Pytanie 3** – Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiami oczekuje wyceny szybkich - 2,5 godzinnych testów do identyfikacji bakterii gram ujemnych i gram dodatnich czy również testów standardowych 16-18 – godzinnych? W przypadku wymagania obu rodzajów testów, prosimy o podanie ilości oznaczeń na testach szybkich i standardowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza szybkie testy do identyfikacji bakterii gram-ujemnych i gram-dodatnich w ilości po 200 szt. oraz testy standardowe w ilości 800 szt.

**Pytanie 4** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycji 8 tabeli asortymentowo-cenowej, wizualnego testu manualnego do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych zawierającego 96 mikrostudzienek z 9 antymykotykami w szerokim spektrum rozcieńczeń zgodnym z zaleceniami EUCAST.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza test manualny do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych zawierającego 96 mikrostudzienek z 9 antymykotykami w szerokim spektrum rozcieńczeń zgodnym z zaleceniami EUCAST.

**Pytanie 5** Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21, poz. 4 testy do identyfikacji bakterii beztlenowych.

Czy Zamawiający dopuści testy do identyfikacji bakterii beztlenowych wykonywane poza systemem automatycznym alternatywną metodą manualną? Testy takie umożliwią wykonywanie specjalistycznych, wysokiej jakości badań w kierunku diagnostyki tych drobnoustrojów, jednocześnie umożliwiając złożenie oferty większej liczbie Wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6** Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21, poz. 5 Testy do identyfikacji Haemophilus i Nesseria.

Czy Zamawiający dopuści testy do identyfikacji Haemophilus i Nesseria wykonywane poza systemem automatycznym alternatywną metodą manualną? Testy takie umożliwią wykonywanie specjalistycznych, wysokiej jakości badań w kierunku diagnostyki tych drobnoustrojów, jednocześnie umożliwiając złożenie oferty większej liczbie Wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7** Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21: Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników – Specyfikacja asortymentowo-cenowa – poz. 8 Testy do lekowrażliwości grzybów

Czy Zamawiający dopuści testy do lekowrażliwości grzybów metodą testów manualnych rekomendowanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny w Warszawie?

**Odpowiedź** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8** Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21: Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników – Parametry wymagane - Podłączenie aparatu do oceny lekowrażliwości poprzez oprogramowanie pośredniczące w języku polskim do systemu Maldi, wykonującego identyfikację drobnoustrojów w celu połączenia wyników i przesyłania ich zdalnie do LIS.

Czy Zamawiający dopuści podłączenie aparatu do oceny lekowrażliwości poprzez oprogramowanie pośredniczące w języku angielskim do systemu Maldi, wykonującego identyfikację drobnoustrojów w celu połączenia wyników i przesyłania ich zdalnie do LIS?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9** Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21: Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników - Parametry wymagane – Inokulacja paneli testowych próżniowo w analizatorze lub jednorazowo do wszystkich studzienek za pomocą pipety wielokanałowej

Czy Zamawiający dopuści manualne napełnianie paneli?

**Odpowiedzi:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10** Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21: Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników - Parametry wymagane – System pozwalający na ocenę lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, paciorkowców, Neisseria, Haemophilus

Czy Zamawiający dopuści ocenę lekowrażliwości drobnoustrojów Neisseria, Haemophilus metodą manualną?

**Odpowiedzi:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11** Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21: Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników - Parametry wymagane – Możliwość wykonania na analizatorze szybkich testów identyfikacyjnych w kierunku bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, bakterii wymagających i beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych w czasie do 4 godz.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości wykonania na analizatorze szybkich testów identyfikacyjnych w kierunku bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, bakterii wymagających i beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych w czasie do 4 godz.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12** Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21: Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników - Parametry wymagane – Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz. po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu. Wymiana całego systemu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy analizatora do 4 dni roboczych? Zamawiane analizatory są urządzeniami precyzyjnymi i specjalistycznymi, do których części sprowadzane są z zagranicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13** Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21: Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników - Parametry wymagane – Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz. po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu. Wymiana całego systemu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych

Prosimy o modyfikację wymaganego parametru „Wymiana całego systemu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych” na „wymiana naprawianego elementu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z siwz.

**Pytanie 14** Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania nr DO/DZ-072-97/21: Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników - Parametry wymagane – Certyfikat CE

W związku z tym, że oferowany aparat wraz z odczynnikami należy do klasy IVD i posiada deklarację zgodności, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „Deklaracja zgodności IVD.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zapis „Deklaracja zgodności IVD.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert zmieniając dotychczasowy termin wyznaczony na dzień **21.06.2021r. (poniedziałek)** i wyznacza nowy termin składania ofert tj. **25.06.2021r. (piątek)**.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

*mgr Urszula Wojcieszek*

Z-CA DYREKTORA  
ds. Finansów i Zarządzania

*mgr Anna Kotula*

*M. Filipcz*