

Załącznik nr 1:  
- Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-63/21  
Gliwice, dnia 18.08.2021r.

	Lp.	Izotop	Aktywność na kalibracji*	Uwagi
Zadanie 1	1.	Co-60	5 MBq	a. walec o gładkich powierzchniach b. średnica zewnętrzna: 27 mm c. wysokość: 61 mm d. materiał: odporny na detergenty
	2.	Ba-133	5 MBq	
	3.	Cs-137	5 MBq	
	4.	Cs-137	15 MBq	
Zadanie 2	5.	Eu-152	50 kBq	a. walec o gładkich powierzchniach b. średnica zewnętrzna: min 25,5 mm c. wysokość: min 53,5 mm d. materiał: odporny na detergenty

\*Aktywność na dzień kalibracji – kalibracja nie może być określona wcześniej, aniżeli na miesiąc przed dniem dostawy źródeł.

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Aparatury Medycznej  
  
inż. Weronika Smolarz