

**Parametry techniczne – wiskozymetr laboratoryjny do małych objętości próbek oraz niskich lepkości
(minimalne parametry techniczne)**

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
Informacje ogólne			
1.	Producent / Kraj	TAK, (podać)	
2.	Model / Typ (jeżeli posiada)	TAK, (podać)	
3.	Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego	TAK, (podać)	
4.	Oznakowanie znakiem CE	TAK	
Parametry podstawowe			
5.	Objętość próbki do zmierzenia: (0,5 – 1 ml)	TAK, (podać)	
6.	Lepkość w minimalnym zakresie (0,0009 – 0,0018) [Pa*s]	TAK, (podać)	
7.	Rozdzielczość: min. ± 1%	TAK, (podać)	
8.	Powtarzalność: ± 0,2%	TAK	
9.	Zakres regulowania temperatury: 37-40 °C	TAK, (podać)	
Gwarancja i serwis			
10.	Okres gwarancji: 24 miesiące	TAK	
11.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej	TAK	
12.	Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji)	TAK, (podać częstotliwość)	
13.	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia	TAK	