

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**ZAPYTANIE CENOWE
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia**

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe **dot modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu temperatur w lodówkach oraz zamrażarkach w oparciu o oprogramowanie SCADA LBX**

1. Opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 : monitoring temperatur dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej

- a) Dostawa i montaż w lodówkach termometru cyfrowego z sondą zewnętrzną z przewodem silikonowym 2m, zakres pomiarowy – 80 °C - + 100 °C (LB – 710ATG z czujnikiem TA –PL-6 lub równoważny) – 100 szt.,
- b) Dostawa i montaż koncentratora 8 wejściowego LB480 (lub równoważny) na korytarzu w budynku Diagnostyczno Zabiegowym, II piętro (Zakład Analiz i Biochemii Klinicznej) – 13 szt.,
- c) Podłączenie czujników temperatury do koncentratorów – montaż okablowania (kabel UTP Kat 6 A / Rachel) wraz z akcesoriami elektroinstalacyjnymi,
- d) Jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie prac naprawczych (malowanie, szpachlowanie) po czynnościach instalacyjnych,
- e) Dostawa i montaż stacji komputerowej do pracy ciągłej, dla oprogramowania SCADA LBX (minimalne wymagania: Windows 10 pro, 8 GB RAM, 500 GB HDD SSD, procesor Intel I5, karta graficzna Vidia Quadro K4000 GDDR5 3GB 192bit DirectX11) ,
- f) Dostawa i montaż Zestawu 2x Monitor Monitor Dell 34" P3421W (210AXRD) 2K! IPS HDMI (lub równoważny) wraz z kompatybilnym uchwytem do ściany,
- g) Dostawa licencji programu LBX rozszerzającej o 100 szt. czujników oraz aktualizacja do najnowszej wersji programu,
- h) Instalacja i uruchomienie najnowszej wersji oprogramowania SCADA LBX, implementacja obecnych 140 szt. oraz nowych 100 szt. czujników,
- i) Aktualizacja firmware istniejących koncentratorów u Zamawiającego do najnowszej wersji opublikowanej na stronie producenta czujników temperatury,

Opis przedmiotu zamówienia zadanie 2 : monitoring temperatur dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej

- a) Dostawa i montaż w lodówkach termometru cyfrowego z sondą zewnętrzną z przewodem silikonowym 2m, zakres pomiarowy – 80 °C - + 100 °C (LB – 710ATG z czujnikiem TA –PL-6 lub równoważny) – 44 szt.,
- b) Dostawa i montaż koncentratora 8 wejściowego LB480 (lub równoważny) na korytarzu w budynku Głównym na pierwszym piętrze (Zakład Diagnostyki Genetycznej) – 6 szt.,
- c) Podłączenie czujników temperatury do koncentratorów – montaż okablowania (kabel UTP Kat 6 A / Rachel) wraz z akcesoriami elektroinstalacyjnymi,
- d) Jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie prac naprawczych (malowanie, szpachlowanie) po czynnościach instalacyjnych,

- g) Dostawa licencji programu LBX rozszerzającej o 44 szt. czujników oraz aktualizacja do najnowszej wersji programu,
- h) Instalacja i uruchomienie najnowszej wersji oprogramowania SCADA LBX, dla nowo zainstalowanych czujników na stacji roboczej do pracy ciągłej u Zamawiającego,
- i) Aktualizacja firmware istniejących koncentratorów u Zamawiającego do najnowszej wersji opublikowanej na stronie producenta czujników temperatury,

2. Termin realizacji zamówienia: grudzień 2021

3. Inne warunki: Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych na zadanie 1 i 2

4. Oferta cenowa musi zawierać:

- a) **wartość netto i brutto zamówienia**
- b) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury,**
- c) okres ważności złożonej oferty – **90 dni,**
- d) gwarancja (określa Wykonawca)

Uwaga: Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ani Kodeksu cywilnego.

5. Termin złożenia oferty: 24.09.2021

6. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:

- a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl lub na nw. adres: Narodowy Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice Dział Nadzoru i Służb Technicznych.
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl
7. Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Sekcji Nadzoru Technicznego
inż. Michał Iwaszek