

Gliwice, dnia 17.09. 2021 r.

DA/DT-381-57/21

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot.: zapytania cenowego opublikowanego w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia DA/DT – 381-57/21 z dnia 10.09.2021 tj. modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu temperatur w lodówkach oraz zamrażarkach w oparciu o oprogramowanie SCADA LBX dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku z otrzymanym pytaniem odnośnie ww. postępowania, Zamawiający przekazuje Państwu treść otrzymanego zapytania jak i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o możliwość modyfikacji zapisu w dokumentacji do tego postępowaniu, w ten sposób, aby Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania również innego oprogramowania do monitoringu środowiska, równoważnego do SCADA LBX. Zwracamy uwagę, że postawione wytyczne co do dostawy oprogramowania SCADA LBX rażąco ograniczają konkurencyjność i możliwość zaoferowania alternatywnego rozwiązania, które mogłoby zastąpić rozwiązanie obecnie stosowane. Jednocześnie prosimy o aktualizację o wymaganą funkcjonalność takiego oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w zapytaniu cenowym (opublikowane w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia) oprogramowanie SCADA LBX jest już w posiadaniu Zamawiającego, a przedmiotem zamówienia jest jego modernizacja oraz rozbudowa poprzez podłączenie czujników temperatury, koncentratorów itp., A zatem przedmiotem zamówienia nie jest zakup nowego oprogramowania, tylko modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu. Ponadto Zamawiający informuje, że dopuszcza elementy systemu równoważne pod warunkiem, że będą one kompatybilne z istniejącym systemem u Zamawiającego.

W przypadkach, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na konkretny produkt lub patent lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych oraz kompatybilne (współpracujące) w tym zakresie z posiadanym u Zamawiającego systemem.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych
inż. Paweł Ficek

KIEROWNIK
Sekcji Nadzoru Technicznego
inż. Michał Iwaszek

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07
onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12
NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028