Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Nr spr. DA/DT-381- 65 /22
Gliwice dn. 19.08.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe **dot. wzorcowania czujników temperaturowych w chłodziarkach, zamrażarkach, cieplarkach i zamrażarkach niskotemperaturowych w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykaz czujników:

1) Zakres temperatur: -80°C
Zamrażarka głębokiego mrożenia GFL:
Termometr typu LB-710DTX 289 z czujnikiem TA-PL-5 nr 2262

Zamrażarka głębokiego mrożenia Panasonic:
Termometr typu LB-710DTX 344 z rezystancyjnym platynowym czujnikiem temperatury

2) Zakres temperatur: 20-30°C
Czujnik A w pomieszczeniu 2.019
Czujnik B w pomieszczeniu 2.019

3) Zakres temperatur: <-25°C
Pojemnik mroźniczy Bolarus Z-21K nr fabryczny: 164
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 748 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 746 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Pojemnik mroźniczy LIEBHERR nr fabryczny: 84.463.176.7
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 391 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 392 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

34 Zakres temperatur: 2-6°C
Witryna chłodnicza Bolarus WS 500 nr fabryczny: 2965
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 747 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 749 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Witryna chłodnicza Bolarus WS 500 nr fabryczny: 4490
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 745 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 750 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Witryna chłodnicza Bolarus WS 500L nr fabryczny: 5268
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 394 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100
Termometr typu LB-710TX nr fabr. 396 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

W zakres zadania wchodzi:
- demontaż termometrów
- przeprowadzenie wzorcowania w akredytowanym laboratorium
- montaż wywzorcowanych termometrów
- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu montażu wywzorcowanego sprzętu świadectw wzorcowania
- wzorcowanie musi odbyć się w dwóch partiach

2. Kryterium: **cena - 100%**

3. Termin realizacji zamówienia: **..... dni dla każdej partii (określa Wykonawca)**
Zamawiający informuje, że całość zamówienia musi być zrealizowana do końca 2022 r.

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

Nr spr. DA/DT-381- 65 /22
Gliwice dn. 19.08.2022 r.

4. **Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:**

   a) **wartość netto i brutto zamówienia**
   b) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych
   c) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury** (warunek wymagany),
   d) okres ważności złożonej oferty - 60 dni,
   e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."
Weryfikacja powyższego odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

5. **Termin złożenia oferty:** 2.09.2022

6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**

   a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl

   b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.

9. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia

10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.

12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Technicznego

inż. Michał Iwaszek

wz. Kierownika DoDZ
A. Iwaszek

załączniki:

1. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 1
2. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 2

SPECJALISTA
ds. inwestycji

mgr Aleksandra Brodowicz