Załącznik nr 1

Nr spr. DA/AM-231-14/24
Gliwice dn. 16.02.2024r.

Świadczenie usług serwisowania Aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych !M1 , producent Solution for tomorrow w okresie od 01.06.2024 do 01.06.2025

zakres usług serwisowania:

1) przeglądy okresowe wraz z materiałami koniecznymi do ich wykonania – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, obejmujące co najmniej:
   a) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
   b) kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
   c) inspekcję zużycia części,
   d) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
   e) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
   f) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
   g) konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
   h) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
   i) sprawdzenie funkcjonowania sprzętu i jego gotowości do pracy,
   j) dokumentację przeglądów,
   k) kontrolę jakości – podczas przeglądów okresowych obejmującą:
      – sprawdzenie jakości obrazu,
      – sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych sprzętu,
      – sprawdzenie fizycznych parametrów ekspozycji
      – sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania
      – ustawienie i regulację odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylania od wartości optymalnych;
2) naprawy (usługi serwisowe w celu usunięcia awarii) obejmujące:
   a) interwencje na wezwanie Zamawiającego – praca w miejscu instalacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
   b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw sprzętu (przywracanie sprzętu i jego środowiska do pełnej funkcjonalności) w sytuacjach wynikłych z naturalnego zużycia części,
   c) dostawę części zamiennych i komponentów specjalnych niezbędnych do usuwania usterek i przeprowadzenia napraw sprzętu, w tym dostawę wszystkich części zamiennych oraz akcesoriów w celu zastąpienia tych, które się uszkodziły lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji,
   d) kontrolę urządzenia po przeprowadzonej naprawie,
   e) dokumentowanie interwencji serwisowych,
3) modyfikacje wraz z materiałami koniecznymi do ich wykonania:
   a) przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy sprzętu,
   b) wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software systemowego i aplikacyjnego oraz sprzętu,
   c) wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji sprzętu,
4) pomoc aplikacyjna w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.
5) Przedstawienie raportu z wykonania testów odbiorczych i specjalistycznych wynikających z zakresu wykonanej naprawy, zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 11stycznia 2023 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji (DZ.U.2023 poz. 195) oraz zgodnie z ustawą Prawo Atomowe z dn. 29 listopada 2000r.(DZ.U. 2023 poz.1173).

Ponadto Zamawiający na etapie postępowania przetargowego będzie wymagał:
1. dysponowanie minimum dwoma serwisantami, przeszkolonymi w zakresie serwisowania - Aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych !M1 , producent Solution for tomorrow - przedstawienie certyfikatu ze szkoleń wydanych przez producenta lub autoryzowaną przez producenta jednostkę szkoleniową
2. oświadczenie Wykonawcy , że jest się w posiadaniu kodów/kluczy (zdobytych w sposób legalny) oraz instrukcji serwisowych pozwalających na pełny dostęp do serwisowanego urządzenia

Załącznik nr 2

Nr spr. DA/AM-231-14/24
Gliwice dn. 16.02.2024r.

Świadczenie usług serwisowania Aparatu rtg do zdjęć płucno-kostnych , typ: Precision i5 , producent: ARCOMA w okresie od 06.05.2024 do 06.05.2027

zakres usług serwisowania:

1) przeglądy okresowe wraz z materiałami koniecznymi do ich wykonania – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, obejmujące co najmniej:
   a) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
   b) kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
   c) inspekcję zużycia części,
   d) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
   e) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
   f) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
   g) konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
   h) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
   i) sprawdzenie funkcjonowania sprzętu i jego gotowości do pracy,
   j) dokumentację przeglądów,
   k) kontrolę jakości – podczas przeglądów okresowych obejmującą:
      – sprawdzenie jakości obrazu,
      – sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych sprzętu,
      – sprawdzenie fizycznych parametrów ekspozycji
      – sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania
      – sprawdzenie i korekta systemu AEC i kompresji piersi
      – ustawienie i regulację odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylania od wartości optymalnych;
2) naprawy (usługi serwisowe w celu usunięcia awarii) obejmujące:
   a) interwencje na wezwanie Zamawiającego – praca w miejscu instalacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
   b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw sprzętu (przywracanie sprzętu i jego środowiska do pełnej funkcjonalności) w sytuacjach wynikłych z naturalnego zużycia części,
   c) dostawę części zamiennych i komponentów specjalnych niezbędnych do usuwania usterek i przeprowadzenia napraw sprzętu, w tym dostawę wszystkich części zamiennych oraz akcesoriów w celu zastąpienia tych, które się uszkodziły lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji,
   d) kontrolę urządzenia po przeprowadzonej naprawie,
   e) dokumentowanie interwencji serwisowych,
3) modyfikacje wraz z materiałami koniecznymi do ich wykonania:
   a) przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy sprzętu,
   b) wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software systemowego i aplikacyjnego oraz sprzętu,
   c) wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji sprzętu,
4) pomoc aplikacyjna w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.
5) Przedstawienie raportu z wykonania testów odbiorczych i specjalistycznych wynikających z zakresu wykonanej naprawy, zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 11stycznia 2023 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji (DZ.U.2023 poz. 195) oraz zgodnie z ustawą Prawo Atomowe z dn. 29 listopada 2000r.(DZ.U. 2023 poz.1173).

Ponadto Zamawiający na etapie postępowania przetargowego będzie wymagał:
1. dysponowanie minimum dwoma serwisantami, przeszkolonymi w zakresie serwisowania Aparatu rtg do zdjęć płucno-kostnych , typ: Precision i5, producent Arcoma - przedstawienie certyfikatu ze szkoleń wydanych przez producenta lub autoryzowaną przez producenta jednostkę szkoleniową
2. oświadczenie Wykonawcy , że jest się w posiadaniu kodów/kluczy (zdobytych w sposób legalny) oraz instrukcji serwisowych pozwalających na pełny dostęp do serwisowanego urządzenia

Załącznik nr 3

Nr spr. DA/AM-231-14/24
Gliwice dn. 16.02.2024r.

Świadczenie usług serwisowania Densytometru Horizon A , producent Hologic w okresie trzech lat

zakres usług serwisowania:

1) przeglądy okresowe wraz z materiałami koniecznymi do ich wykonania – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, obejmujące co najmniej:
   a) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
   b) kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
   c) inspekcję zużycia części,
   d) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
   e) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
   f) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
   g) konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
   h) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
   i) sprawdzenie funkcjonowania sprzętu i jego gotowości do pracy,
   j) dokumentację przeglądów,
   k) kontrolę jakości – podczas przeglądów okresowych obejmującą:
      – sprawdzenie jakości obrazu,
      – sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych sprzętu,
      – sprawdzenie fizycznych parametrów ekspozycji
      – sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania
      – ustawienie i regulację odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylania od wartości optymalnych;
2) naprawy (usługi serwisowe w celu usunięcia awarii) obejmujące:
   a) interwencje na wezwanie Zamawiającego – praca w miejscu instalacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
   b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw sprzętu (przywracanie sprzętu i jego środowiska do pełnej funkcjonalności) w sytuacjach wynikłych z naturalnego zużycia części,
   c) kontrolę urządzenia po przeprowadzonej naprawie,
   d) dokumentowanie interwencji serwisowych,
3) modyfikacje wraz z materiałami koniecznymi do ich wykonania:
   a) przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy sprzętu,
   b) wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz sprzętu,
   c) wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji sprzętu,
4) pomoc aplikacyjna w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

Ponadto Zamawiający na etapie postępowania przetargowego będzie wymagał:
1. dysponowanie minimum dwoma serwisantami, przeszkolonymi w zakresie serwisowania - Densytometru Horison A , producent Hologic, - przedstawienie certyfikatu ze szkoleń wydanych przez producenta lub autoryzowaną przez producenta jednostkę szkoleniową
2. oświadczenie Wykonawcy , że jest się w posiadaniu kodów/kluczy (zdobytych w sposób legalny) oraz instrukcji serwisowych pozwalających na pełny dostęp do serwisowanego urządzenia

Załącznik nr 4
Specyfikacja asortymentowo – cenowa

Nr. spr. DA/AM-231-14/24
Gliwice, dnia 16.02.2024r.

.....

Pieczęć firmowa Wykonawcy / Nazwa firmy

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (miesiące)	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1	Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych !M1, prod. Solution for tomorrow*	12					
2	Świadczenie usług serwisowych aparatu rtg do zdjęć płucno-kostnych, typ: Precision i5, prod. ARCOMA*	36					
3	Świadczenie usług serwisowych Densytometr Horizon A, prod. Hologic*	36					
SUMA							

*niepotrzebne skreślić

Gwarancja	Ważność oferty	Termin płatności	Termin realizacji
Wybierz element.	Wybierz element.	Wybierz element.	

Potwierdzam, iż usługa serwisowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr .....

Uwagi: .....

.....

Data

.....

Czytelny podpis/ podpis z pieczątką / Podpis elektroniczny/ Osoba sporządzająca ofertę

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do udziału w zapytaniu cenowym, którego celem jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia **dot. świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych:**

Zadanie nr 1 – Aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych !M1, prod. Solution for tomorrow
Zadanie nr 2 – Aparat rtg do zdjęć płucno-kostnych, typ: Precision i5, prod. ARCOMA
Zadanie nr 3 – Densytometr Horizon A, prod. Hologic
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawcze-go Oddział w Gliwicach, działając w imieniu i na rzecz firmy:

_____

_____

(nazwa i adres Wykonawcy)

Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835):

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dnia _____

_____

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Załącznik nr 6 do pisma nr DA/AM-231-14/24

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ
W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy."
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.