Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Nr spr. DA/AM-231-14/24
Gliwice dn. 21.02.2024r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DA/AM-231-14/24 z dnia 16.02.2024r. **dot. świadczenia usług serwisowych urządzeń medycznych:**

Zadanie nr 1 – Aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych !M1, prod. Solution for tomorrow
Zadanie nr 2 – Aparat rtg do zdjęć płucno-kostnych, typ: Precision i5, prod. ARCOMA
Zadanie nr 3 – Densytometr Horizon A, prod. Hologic

dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym pytaniem do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania cenowego, przekazujemy Państwu treść pytania, jak i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania nr 2
Czy w ramach dostawy i wymiany części zamiennych Wykonawca musi uwzględnić bezwzględnie wszystkie części włącznie z detektorem ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dostawy i wymiany wszystkich części łącznie z detektorem.

...K
...publicznych
...ia
mgr Urszula Wojcieszek

SPECJALISTA
ds. aparatury medycznej
mgr inż. Krystyna Szmidt
w z. Kierownika DAIAM

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028