



Gliwice, 21.05.2019

DO/DZ-381-10-01/19

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Podsumowanie dialogu technicznego
dla zadania „Wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta
w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziale w Gliwicach”**

W związku z planowanym postępowaniem na zakup „WYSOKOROZDZIELCZEGO SYSTEMU OBRAZOWANIA Z WYKORZYSTANIEM FLUORESCENCJI” dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziale w Gliwicach przeprowadzono „dialog techniczny”.

Celem dialogu technicznego było doradztwo oraz pozyskanie informacji potrzebnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz określenia warunków umowy. Dialog został przeprowadzony w oparciu o art. 31a – 31d ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zostało zamieszczone na stronie internetowej Centrum Onkologii-Instytutu w dniu 25.04.2019r.

Do udziału w dialogu technicznym zgłosiło się 5 firm, tj.:

Lp.	Nazwa i adres firmy zgłaszającej się do dialogu
1	Carl Zeiss Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań
2	Syngen Biotech Sp. z o.o. ul. Ostródzka 13 54-116 Wrocław
3	Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa
4	KAWA.SKA Sp. z o.o. ul. Zaczarowanej Róży 1 05-540 Zalesie Górne
5	Irtech Sp. z o.o., ul. Wyżynna 8H 30-617 Kraków

Zamawiający wystosował też zaproszenia indywidualne do dwu ekspertów:

- pana prof. dr hab. Romualda Wojnicza, kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Patologii Komórki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz kierownika Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Immunobiologii Molekularnej Konsorcjum Śląska BIO-FARMA.
- pana dr Sebastiana Studenta, opiekuna Pracowni Badań Mikroskopowych i Wizualizacji w Centrum Bioteknologii Politechniki Śląskiej.

Dialog techniczny był prowadzony w formie elektronicznej (drogą e-mail) oraz spotkania komisji prowadzącej dialog techniczny z zaproszonymi ekspertami. W trakcie dialogu uczestniczące firmy złożyły oferty przedstawiające właściwości funkcjonalne i parametry techniczne oferowanych systemów. Oferty te zostały zaopiniowane przez ekspertów na podstawie parametrów technicznych podanych przez producentów oraz wiedzy eksperckiej wynikającej z wcześniejszej pracy z systemami mikroskopowymi.



Podstawą oceny były trzy cechy funkcjonalne wymagane przez zamawiającego:

- cecha 1) system mikroskopowy działający w trybie super-rozdzielczości;
- cecha 2) możliwość przeżyciowego obrazowania pojedynczych komórek w trybie z super-rozdzielczością;
- cecha 3) pełna kompatybilność ze standardowymi technikami barwień mikroskopii fluorescencyjnej w trybie z super-rozdzielczością.

Wymagane cechy były oceniane punktowo w następującej skali:

- cecha 1)** 0-40 pkt. – podstawowym ocenianym parametrem była rozdzielczość uzyskiwana w trybie super-rozdzielczym;
- cecha 2)** 0-30 pkt. – podstawowymi ocenianymi parametrami była szybkość rejestracji (liczba klatek na sekundę) w pełnym polu widzenia oraz możliwość długotrwałej obserwacji bez blaknięcia barwników;
- cecha 3)** 0-30 pkt. – ocenianym kryterium była możliwość wykorzystania standardowych barwników i ich liczba przy pracy w trybie z super-rozdzielczością.

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosiła 100.

Na podstawie tak przeprowadzonej oceny eksperci wraz z członkami komisji powołanej do przeprowadzenia dialogu technicznego przygotowali ranking oferowanych systemów uwzględniający stopień spełniania wymagań Zamawiającego. Komisja zarekomendowała do realizacji system, który uzyskał najwyższą ocenę (95 na 100 punktów).

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dziękuje za zainteresowanie wszystkim podmiotom, które uczestniczyły w przeprowadzonym dialogu technicznym.

1	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	0-40 pkt.
2	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	0-30 pkt.
3	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	0-30 pkt.

Z-CADYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
[Signature]
mgr Zdzisław Jurasiewicz

PIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
[Signature]
mgr Jarosław Jeziorski

[Signature]

[Handwritten mark]