

Gliwice, dnia 18.11.2021 r.

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-45/21

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00239604/01 na przebudowę i adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie -1 na bunkier terapeutyczny K1 Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dokumentacja OPZ wymaga dostarczenia ACCESS POINTÓW o następującej charakterystyce:

Access point sieci bezprzewodowej	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane• Urządzenie musi być zasilany przez port POE (standard IEEE 802.3af)• Pracować w 2,4 GHz i 5 GHz• Wspierać do 128 użytkowników• Maksymalna przepustowość minimum 600Mbps• Minimalną ilość wspieranych VLAN'ów 17• Minimalna ilość MBSSID 16• Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej WPA2, WPA standard 802.11i• Zarządzanie i konfiguracja za pomocą posiadanego już kontrolera Netgear WC9500• Gwarancja minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta)
-----------------------------------	--

W związku z faktem, że nie są już produkowane urządzenia współpracujące z opisywanym kontrolerem (produkt wycofany), czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń o parametrach tożsamyh współpracujących z innym kontrolerem. Jeśli tak to prosimy wskazać z jakim innym kontrolerem powinny pracować dostarczane Access Pointy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne Access point sieci bezprzewodowej o parametrach nie gorszych niż wymaganych w załączniku nr 2 do SWZ oraz obsługującego standard wifi 6 zarządzanego przez posiadane przez Zamawiającego urządzenie firmy Fortinet lub Huawei. Zamawiający nie dopuszcza instalacji nowego kontrolera, oraz zarządzanie w/w urządzeniem z poziomu samego Access point.

Pytanie nr 2:

Prosimy podać jaką ilość ACCESS POINTÓW oraz przełączników powinien przewidzieć oferent w swojej ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć 1 sztukę Access pointa oraz 1 sztukę przełącznika.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Mając na uwadze udzielone odpowiedzi Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a mianowicie:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 24.11.2021 r. na godz. 09:00

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień: 24.11.2021 r. na godz. 11:00

Tym samym zmianie ulega termin związania z ofertą z 18.12.2021 r. na dzień 23.12.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Z-CIA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotula

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

P. Baniński
A. Jędrzej