

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-27/22

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00100800/01 na dostawę cytometru cyfrowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez:

- **dodanie pkt. 3) w ust. 3 rozdziału XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia pn. „INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO”, o następującym brzmieniu:**
„wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z informacją zawartą w rozdziale XIX SWZ. W przypadku kiedy zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest przestać Zamawiającemu dokument zabezpieczenia w formie do edycji na adres: przetargi@io.gliwice.pl minimum na dwa dni przed zawarciem umowy w celu weryfikacji jego poprawności.”.
- **dodanie ust. 4. w rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia pn. „INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO”, o następującym brzmieniu:**
„W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający w takim przypadku postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 263 ustawy Pzp.”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonego pytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. załącznika nr 5 „wzór umowy” par. 5 ust. 3 pkt 1

Prosimy o dodanie zastrzeżenia do istniejącego zapisu „dotyczy dni roboczych”

„Czas reakcji serwisu celem wykonania naprawy urządzenia nastąpi w terminie do 72 godzin **w dni robocze**”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmianę w §5 ust. 3 „Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy” (załącznik nr 5 do SWZ) wg poniższego na:

„Jako podstawową formę usunięcia awarii (wady) urządzenia Strony przyjmują w pierwszej kolejności naprawę urządzenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia czas:

1) reakcji serwisu celem wykonania naprawy urządzenia nastąpi w terminie do 3 dni roboczych,

2) naprawy nastąpi w terminie:

a) do 5 dni roboczych - gdy nie ma potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy albo,

b) do 15 dni roboczych - w razie konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy (o czym Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia),

- licząc od dnia dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia. Dla skuteczności zgłoszenia wystarczające będzie jeżeli Zamawiający prześle je Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: _____ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: aparatura.medyczna@io.gliwice.pl. Zgłoszenie uważa się za skuteczne pomimo braku zwrotnego potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę. Usunięcie awarii (wady) urządzenia może być realizowane w zależności od potrzeb: zdalnie jak i lokalnie w siedzibie Zamawiającego. Usunięcie awarii (wady) urządzenia świadczone będzie przez Wykonawcę w miejscu użytkowania w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie poprzez szyfrowane połączenie sieciowe VPN i system PAM i zostanie uruchomione na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wniosku o dostęp zdalny, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. W sytuacji, gdy realizacja zdalna nie wystarczy do usunięcia awarii, konieczna będzie realizacja lokalna w siedzibie Zamawiającego.”.

Pytanie nr 2: dot. załącznika nr 5 „wzór umowy” par. 5 ust. 3 pkt 3 oraz par. 13 ust. 4.4

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 4 do umowy, na który Zamawiający powołuje się w par. 5 ust. 3 pkt 3 oraz wymienia w par. 13 ust. 4.4 wzoru umowy. Opisany załącznik nie został udostępniony wraz SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni „Wniosek o przyznanie uprawnień zdalnego dostępu do sieci komputerowej/systemów informatycznych Instytutu”, stanowiący załącznik nr 4 do „Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy”.

Pytanie nr 3: dot. załącznika nr 5 „wzór umowy” par. 5 ust. 3 pkt 3

Czy Użytkownik dopuści rozwiązanie połączenia zdalnego w postaci bezpiecznego protokołu https wykorzystującego połączenie SSL?

Wymagania ze strony oferowanego połączenia: port 443 musi być otwarty dla ruchu wychodzącego na zaporze Klienta. Co minutę nawiązywane jest połączenie przez port 443 z serwerami RSS, sprawdzające czy należy rozpocząć sesję udostępniania ekranu w celu rozwiązania problemów, a także dostarczania informacji do monitorowania, takich jak na przykład zdarzenia systemu Windows.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi komunikację dla ruchu wychodzącego na porcie 443. Dostęp zdalny będzie realizowany na podstawie prawidłowo wypełnionego „Wniosku o przyznanie uprawnień zdalnego dostępu do sieci komputerowej/systemów informatycznych Instytutu”, załącznik nr 4 do „Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy”. Zdalny dostęp realizowany będzie dla imiennie wykazanych we wniosku pracowników Wykonawcy, poprzez imienne konta. Zamawiający zaleca stosowanie klienta VPN zgodnego z instrukcją przekazywaną po utworzeniu kont umożliwiających zdalny dostęp do zasobów Zamawiającego. Dostęp do zasobów Zamawiającego realizowany jest poprzez zestawienie tunelu VPN i zalogowanie się do systemu PAM.

Procedury Zamawiającego nie umożliwiają połączenia zdalnego pomijającego systemy bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga aby sesje udostępniania ekranu były nawiązywane przez posiadany system VPN i PAM, nie dopuszcza rozwiązania gdzie połączenia zdalne będą realizowane przez inne rozwiązanie niż Zamawiającego.

Pytanie nr 4: dot. załącznika nr 5 „wzór umowy” par. 5 ust. 11

Ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku braku możliwości naprawy, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw nowego urządzenia do 8 tygodni. Przewidziany 21 dniowy termin jest niewystarczający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmianę w §5 ust. 11 „Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy” (załącznik nr 5 do SWZ) wg poniższego na:

„W przypadku braku możliwości wykonania naprawy urządzenia, co zostanie potwierdzone kartą pracy, Wykonawca wymieni wadliwe urządzenie na nowe zgodne z przedmiotem umowy, wolne od wad, na własny koszt i ryzyko w terminie do 40 dni roboczych, licząc od daty wystawienia karty pracy. W takiej sytuacji termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia nowego wolnego od wad (zostanie to potwierdzone obowiązkowym wpisem Wykonawcy w treści karty gwarancyjnej oraz dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej).”.

Pytanie nr 5: dot. załącznika nr 5 „wzór umowy” par. 3 ust. 7

Ze względów systemowych prosimy o wyrażenie zgody na 60 dniowy termin płatności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmianę w §3 ust. 7 „Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy” (załącznik nr 5 do SWZ) wg poniższego na:

„Zamawiający, stosownie do treści ust. 4 powyżej, zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność wynikającą z faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w formie elektronicznej i do dostarczenia jej Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@io.gliwice.pl.”.

Załącznik do niniejszego pisma stanowi:

- Wniosek o przyznanie uprawnień zdalnego dostępu do sieci komputerowej/systemów informatycznych Instytutu.

Zmiany dotyczące „Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy” zostaną wprowadzone do umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Mając na uwadze udzielone odpowiedzi Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a mianowicie:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 07.04.2022 r. na godz. 09:00

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień: 07.04.2022 r. na godz. 11:00

Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z 04.05.2022 r. na dzień 06.05.2022 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotuła

Weronika Smolek

KIEROWNIK
Działu Zamówień i Licznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

A. Kotuła