

Nr sprawy: DO/DZ-381-1-11/22

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.03.2022 r. pod numerem 2022/S 2022/S 057-148769 na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.*

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 7**

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty zamawiający dopuści:  
w pakiecie 7 półmaskę FFP2 zgodną z wymaganymi normami o konstrukcji trójpanelowej dodatkowo zapobiegającej parowaniu okularów?



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 8**

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty zamawiający dopuści:  
w pakiecie 8 półmaskę FFP2 zgodną z wymaganymi normami o konstrukcji trójpanelowej dodatkowo zapobiegającej parowaniu okularów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 9**

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty zamawiający dopuści:  
w pakiecie 9 półmaskę FFP3 zgodną z wymaganymi normami o konstrukcji trójpanelowej i mocowaniu za pomocą taśm zagłowią?



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 10**

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty zamawiający dopuści:  
w pakiecie 10 półmasek FFP3 zgodną z wymaganymi normami o konstrukcji trójpanelowej i mocowaniu za pomocą taśm zagłowia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści osłony na buty pakowane osobno?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza osłony na buty pakowane osobno

**Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści osłony na buty wycenione osobno?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon pakowany w folię po 1 szt i następnie w karton zbiorczy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany asortyment.

**Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon z laminowanej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kombinezon z laminowanej włókniny polipropylenowej.

**Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści lamówkę w kolorze kompletu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lamówkę w kolorze kompletu.

**Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza gramaturę 35g/m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści komplet tylko w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kompletu tylko w kolorze niebieskim.

**Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 5 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi gumką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza fartucha z rękami zakończonymi gumką.

**Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 5 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny SMMS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza spodenki wykonane z włókniny SMMS.

**Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 5 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza spodenki o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 5 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga rozmiaru zgodnie z opisem.

**Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 5 poz.9**

Czy Zamawiający dopuści komplet o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 5 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza koszulę w kolorze niebieskim.

**Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 5 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza koszulę w gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

**Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 5 poz.11**

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w folię?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 5 poz.11**

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 5 poz.14**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 6 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maskę w kolorze niebieskim.

**Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 6 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści maskę bez wkładki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 6 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści maskę trzywarstwową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 3 poz. 1 i 2**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie myjek na 23% stawce VAT?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści myjki na zaoferowanej stawce VAT.

**Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 3 poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje 270 sztuk myjek czy 270 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje 270 opakowań pakowanych po 50 szt. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił powyższą zmianę przy składaniu oferty w zakresie zadania nr 3.

**Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego ubrania chirurgicznego – bluza + spodnie – wykonanego z włókniny bawełnopodobnej typu spunbonded 49g/m<sup>2</sup>, 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie zapewnia wysoki komfort dla użytkowników. Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy, spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawce z klapką wyposażoną w nap. Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy i spodnie, co ma ekonomiczne uzasadnienie w przypadku personelu korzystającego z odmiennego rozmiaru bluzy oraz spodni. Rozmiary XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Kolor niebieski, zielony lub fioletowy. Spełniające wskazane przez Zamawiającego normy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 4 poz. 1, 2, 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza czepek w kolorze zielonym.

**Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 4 poz. 1, 2, 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu a 120 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza czepek w opakowaniu a 120 szt. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 175x90mm lub 180x95?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maskę w podanych rozmiarach.

**Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 2**

Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej i nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>, zgodnej z normą PN EN 13795-2:2019. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie o wymiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w S, M, L, XL, XXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Uwalnianie cząstek stałych max 2,6 log<sub>10</sub>, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 25 CFU - cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. Termin ważności 5 lat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 32 dotyczy projektu umowy**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział możliwości zmiany umowy w paragrafie 9 projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załączniki nr 4.1 i 4.2 do SWZ.

**Pytanie nr 33 dotyczy projektu umowy**

Czy bieg terminów ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

Za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 34 dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin uregulowania zapłaty był uważany się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 35 dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@io.gliwice.pl.

**Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 2 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu wykonanego z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 2 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu wykonanego z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 2 pozycja 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompletu ubrań w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 2 pozycja 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompletu ubrań w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 2 pozycja 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompletu w kolorze niebieskim oraz zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 2 pozycja 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru bezpośrednio na ubraniu, w postaci metki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 4 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 4 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m<sup>2</sup>. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 4 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu hełm, ze wstawką pochłaniająca pot, wiązany na troki wokół szyi. Rozmiar wstawki pochłaniającej pot: 4x18 cm oraz o wysokości czepka 28 cm. Wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, zawierającej ponad 70% wiskozy. Nie zawiera lateksu. Opakowanie w formie dyspensera 50 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 4 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m<sup>2</sup>. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 4 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu hełm, ze wstawką pochłaniająca pot, wiązany na troki wokół szyi. Rozmiar wstawki pochłaniającej pot: 4x18 cm oraz o wysokości czepka 28 cm. Wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, zawierającej ponad 70% wiskozy. Nie zawiera lateksu. Opakowanie w formie dyspensera 50 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 4 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 48 dotyczy zadania nr 6 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu II wykonanej z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maską zgodną z normą PN-EN 14683: 2019, skuteczność filtracji bakteryjnej 99% BFE, opór oddechowy >38 Pa/cm<sup>2</sup>, odporność

na spryskanie >16 kPa, czystość mikrobiologiczna >30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana za uszy, za pomocą elastycznych gumek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 6 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu II wykonanej z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maska zgodna z normą PN-EN 14683: 2019, skuteczność filtracji bakteryjnej 99% BFE, opór oddechowemu >38 Pa/cm<sup>2</sup>, odporność na spryskanie >16 kPa, czystość mikrobiologiczna >30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana za uszy, za pomocą elastycznych gumek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 6 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej odpornej na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włókien z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,4%, odporność na spryskanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe <37 Pa/cm<sup>2</sup>. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Kolor fioletowy. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

EN 14126:2003+AC:2004

PN-EN ISO 13688:2013-12

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B

EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B

EN 14325:2018

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE ,materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakowania: torebka foliowa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych, długich ochraniaczy na buty pakowanych osobno, zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, typ 3/4 P-B zgodnie z normą EN 14605:2005+A1:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązania powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą, szwy uszczelnione dodatkową taśmą, długość podeszwy 33cm, wysokość ochraniaczy ok. 40 cm, grubość 0,35mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 1**

Prosimy Zamawiającego po wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje ochraniaczy na buty profilowanych (tj. wykrój w kształcie buta)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, z dodatkową patką pod brodę, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B-4B – ochrona przed działaniem cieczy i rozpylonej cieczy (kombinezon nie wchłania cieczy, odporny na spłukanie pod bieżącą wodą dla prawidłowej dekontaminacji po użyciu)

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B – ochrona przed cząstkami stałymi

EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B – ochrona przed działaniem substancji chemicznych

Wykonany miękkiej włókniny, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 1**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje kombinezonu będącego środkiem ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, oraz zapewniającego ochronę przed czynnikami biologicznym zgodnie z normą EN 14126:2003+AC:2004.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 3 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całości izolowanym, zamykanym opakowaniu z możliwością podgrzewania np. w kuchenke mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W. 8 myjek w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. Pragniemy nadmienić, iż produkt, który był dotychczas dostępny w Państwa placówce został wycofany przez producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 3 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całości izolowanym, zamykanym opakowaniu z możliwością podgrzewania np. w kuchenke mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. 8 myjek w opakowaniu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. Pragniemy nadmienić, iż produkt, który był dotychczas dostępny w Państwa placówce został wycofany przez producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 3 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy myjki mają wykazywać skuteczność w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych co powinno zostać potwierdzone dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub na wezwanie Zamawiającego.



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego.

**Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 3 poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie myjek powinno posiadać dodatkową warstwę termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającą utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającą możliwość ich podgrzewania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

**Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 3 poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie myjek ma zawierać mini-kartę obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych, która ma być zespolona fabrycznie z opakowaniem w postaci samoprzylepnej etykiety.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego.

**Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 3 poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy myjek mają posiadać instrukcję użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

**Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 3 poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na czas obowiązywania umowy na zakup myjek, Zamawiający oczekuje aby wykonawca bezpłatnie użyczył podgrzewaczy do ogrzewania myjek i czepków z potwierdzoną w instrukcji obsługi zgodnością zastosowania podgrzewacza z oferowanymi produktami?

Proponujemy Państwu podgrzewacz o pojemności: 28 pojedynczych opakowań, po 1 na półce. Zakres temperatury - regulowana między 35°C - 55°C. Podgrzewacz posiadający opcję kontrolowania ilości ogrzewanych produktów w określonym przedziale czasowym – z możliwością wyświetlenia danych w konkretnym miesiącu lub w okresie ostatnich 12 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

**Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maskę 5-warstwową, 2-panelową, mocowaną na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji  $\geq 94\%$ , cząsteczek o wielkości 0,6  $\mu\text{m}$ ), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 z warstwą bakterioobójczą, certyfikowanej jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maskę 5-warstwową, 3-panelową, mocowaną na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolną od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji  $\geq 94\%$ , cząsteczek o wielkości 0,6  $\mu\text{m}$ ), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 sz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 65 dotyczy zadania nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi filtrującej FFP2 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maski 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji  $\geq 94\%$ , cząsteczek o wielkości  $0,6 \mu\text{m}$ ), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 66 dotyczy zadania nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi filtrującej FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyfikowanej jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maski 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji  $\geq 94\%$ , cząsteczek o wielkości  $0,6 \mu\text{m}$ ), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

**Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi filtrującej FFP3 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maski 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min.  $99\%$ , cząsteczek o wielkości  $0,6 \mu\text{m}$ ), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie po 40 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Z-CADYREKTORA  
ds. Finansów i Zarządzania

*mgr Anna Kotula*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

*mgr Urszula Wojcieszek*

*gabku*

*Teler*