

Nr sprawy: DO/DZ-381-1-11/22

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.03.2022 r. pod numerem 2022/S 2022/S 057-148769 na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1

Z uwagi na niejasną treść opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1, dotyczącego kombinezonu proszę o dopuszczenie poniższego opisu:

“Jednoczęściowy kombinezon ochronny do stosowania w farmacji onkologicznej przy produkcji leków cytostatycznych, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych; sterylny lub sterylizowany, pakowany pojedynczo, dostępny w rozmiarach : S, M, L, XL, XXL, XXXL (lub odpowiednich); spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 2016/425, ponadto spełniający normy: EN 14126 typ 5B, 6B; EN 13982-1 typ 5, EN 13034 typ 6

Konstrukcja: wyposażony w kaptur z dopasowującą go do twarzy gumką, zamek błyskawiczny osłonięty patką, wewnętrzne szwy posiadające elastyczne wykończenia rękawów i kaptura niestykające się bezpośrednio z ciałem użytkownika - osłonięte w tunelu wykonanym z materiału ochronnego; posiadający zintegrowane osłony na obuwiu z podeszwą antypoślizgową ściśle połączone z nogawkami kombinezonu.

Właściwości: nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych i chroniący przed ich emisją; antystatyczny (EN1149-5); wykonany z wysokiej gęstości polietylenu umożliwiającego transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 <45 S, opór przenikania pary wodnej zgodnie z PN-EN31092 poniżej 20m2xPa/W; odporny na przebicie wg normy EN 863 - minimum 10 N, odporność na ścieranie materiału wg EN530 Metoda 2 - >100; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854B >100 000 cykli; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75N;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej modyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga, aby kombinezon pakowany był w dwa opakowania, wewnątrz których jest umieszczona pojedyncza sztuka kombinezonu oraz aby był sterylny (nie przeznaczony do sterylizacji).

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierającą lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2

Czy zamawiający dopuszcza półokrągłe wycięcie pod szyją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza półokrągłe wycięcie pod szyją.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 2

Czy zamawiający dopuszcza w całości kolor niebieski, łącznie z lamówką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w całości kolor niebieski, łącznie z lamówką

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 2

Czy zamawiający dopuszcza wyłącznie kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 4 poz.4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 4 poz.4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 4 poz.4

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 4 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 5 poz.1, 11, 12

Czy zamawiający wydzieli poz.1,11,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 5 poz.1

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rozmiarów zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 5 poz.11

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 5 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 5 poz.11

Czy zamawiający dopuszcza czepek o średnicy ok. 53 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 5 poz.12

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 5 poz.12

Czy zamawiający dopuści wymiar 210 x 160 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiar 210 x 160 cm.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 6 poz.2

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 6 poz.1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 6 poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne (bluza z krótkim rękawem + spodnie), wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Zgodne z aktualną normą EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w jednym kolorze – niebieskim?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne w kolorze niebieskim.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z materiału celulozowego Airlaid pokrytego od wewnątrz folią o wytłoczonej zewnętrznej powierzchni, o gramaturze 80 g/m², bez zawartości środka myjącego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek przedłużony stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Kolor zielony.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwia wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Kolor zielony.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor niebieski, denko w kolorze białym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor zielony.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Kolor zielony.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Kolor zielony.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Część przednia wydłużona z możliwością wywinęcia. Kolor niebieski, denko w kolorze białym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Część przednia wydłużona z możliwością wywinęcia. Kolor zielony.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania.. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany pojedynczo. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch pakowany a'1szt?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej PP 25g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jednorazowy fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej PP 25g/m2.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej PP 40g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jednorazowy fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej PP 40g/m2.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch medyczny w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga rozmiaru zgodnego z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch medyczny w kolorze zielonym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jednorazowy fartuch medyczny w kolorze zielonym.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny 3 warstwowy (2x 18 g/m² celuloza + folia PE - grubość 0,015-0,017 mm), perforowany co 50cm o długości 40m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny perforowany co 37,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny 2 warstwowy o gramaturze 2x17g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład medyczny 2 warstwowy o gramaturze 2x17g/m².

Pytanie nr 42 dotyczy zadania 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny 3 warstwowy (2x 18 g/m² celuloza + folia PE - grubość 0,015-0,017 mm), perforowany co 50cm o długości 40m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43 dotyczy zadania 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny 2 warstwowy: gramatura: 23 gr±5% (papier) + 10 gr ±5% (PE), z perforacją co 38cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny 2 warstwowy w rozmiarze 58cm x 50m z przeliczeniem podanych ilości, gramatura: 23 gr ±5% (papier) + 14 gr ±5% (PE), z perforacją co 38cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² w rozmiarze XL?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² jednak wymaga rozmiarów zgodnych z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie nr 46 dotyczy zadania 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z celulozy laminowanej folią, wzmocniony 8 nitkami o gramaturze 40g/m² (23g/m² papier + 17g/m² folia), kolor biały z niebieskimi nitkami?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47 dotyczy zadania 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z celulozy laminowanej folią, wzmocniony 48 nitkami o gramaturze 40g/m² (23g/m² papier + 17g/m² folia), kolor biały z niebieskimi nitkami?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48 dotyczy zadania 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 dotyczy zadania 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozmiar 110 x 210 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy zadania 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 51 dotyczy zadania 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m².

Pytanie nr 52 dotyczy zadania 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m² w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana, na biały trok w pasie oraz na szyi, z krótkim rękawem, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza opisany asortyment i jednocześnie zmienia wymaganie dotyczące gramatury i wymaga 38g/m² +/-5g.

Pytanie nr 53 dotyczy zadania 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 55 dotyczy zadania 5 poz. 11

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i parametr „Oddychalność poniżej 29,4 Pa. Wymiary 175 x 100 mm ± 5 mm” nie odnosi się do czepków.

Odpowiedź

Nastąpiła omyłka pisarska Zamawiający usuwa parametr „Oddychalność poniżej 29,4 Pa. Wymiary 175 x 100 mm ± 5 mm”.

Pytanie nr 56 dotyczy zadania 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 45g/m².

Pytanie nr 57 dotyczy zadania 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podkład w rozmiarze 160x210cm.

Pytanie nr 58 dotyczy zadania 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ochraniacze pakowane po 100 szt. tj. 50 par z przeliczeniem wymaganych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 59 dotyczy zadania 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty, włókninowe, z warstwą antypoślizgową wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 38cm x 17cm. Kolor niebieski.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 60 dotyczy zadania 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m², wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, z warstwą antypoślizgową, białe z niebieską taśmą zakrywającą szwy?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ochraniacze pakowane po 10 szt. tj. 5 par z przeliczeniem wymaganych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 62 dotyczy zadania 6 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania 6 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania lub dopuszczenie składania ofert w zadaniu nr 6 na poszczególne pozycje?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny o wymiarach maski 17,5cm x 9,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 65 dotyczy zadania 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny o wymiarach maski 17,5cm x 9,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie nr 66 dotyczy zadania 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, bez osłony na oczy, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR – poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g. Kolor niebieski

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67 dotyczy zadania 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie kompletów chirurgicznych zgodnych z aktualnym wydaniem normy dla ubrań chirurgicznych, tj. EN 13795-2:2019. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 68 dotyczy projektu umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 11 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści możliwości naliczania kary umownej w przypadku realizacji zakupu interwencyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

Pytanie nr 69 dotyczy projektu umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 6 i 7 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

Pytanie nr 70 dotyczy projektu umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 pkt 4) projektu umowy poprzez obniżenie kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w

określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

Pytanie nr 71 dotyczy projektu umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

Pytanie nr 72 dotyczy projektu umowy

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 16 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

Ponadto, Zamawiający zmienia odpowiedzi udzielone w dniu 28.03.2022r. w następujący sposób:

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon pakowany w folię po 1 szt i następnie w karton zbiorczy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, aby kombinezon pakowany był w folię po 1 szt. Zamawiający wymaga, aby kombinezon pakowany był w dwa opakowania, wewnątrz których jest umieszczona pojedyncza sztuka kombinezonu.

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych, długich ochraniaczy na buty pakowanych osobno, zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, typ 3/4 P-B zgodnie z normą EN 14605:2005+A1:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązania powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą, szwy uszczelnione dodatkową taśmą, długość podeszwy 33cm, wysokość ochraniaczy ok. 40 cm, grubość 0,35mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy opis, za wyjątkiem taśmy do zawiązania powyżej kostki.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, z dodatkowa patka pod brodę, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:
EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B-4B – ochrona przed działaniem cieczy i rozpylonej cieczy (kombinezon nie wchłania cieczy, odporny na splukanie pod bieżącą wodą dla prawidłowej dekontaminacji po użyciu)

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B – ochrona przed cząstkami stałymi


EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B – ochrona przed działaniem substancji chemicznych


Wykonany miękkiej włókniny, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakowania: torebka foliowa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy opis, przy czym w zakresie sposobu pakowania Zamawiający wymaga, aby kombinezon pakowany był w dwa opakowania, wewnątrz których jest umieszczona pojedyncza sztuka kombinezonu.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Z-CADYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotula


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

Tel 05

