

Gliwice, dnia 03.01.2023 r.

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-79/22

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00512646/01 na sukcesywne dostawy opatrunków z folii poliuretanowej oraz pasków do glukometrów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z listy substancji interferujących 5-fluorouracilu i tym samym przyzna punkty Wykonawcy, który udokumentuje badaniami w laboratorium brak interferencji z substancjami: Deksametazon Akarboza, Paracetamol, Acyclovir, Metformina, Glimepiryd, Glipizyd, Vancomicin?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla wyrażenie „5-fluorouracil” w następujących miejscach Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- w rozdziale VII pkt. 1 ppkt 3)a SWZ;
- w rozdziale XVI pkt. 1.2a) SWZ;
- w załączniku nr 3 do SWZ;
- w załączniku nr 4 do SWZ.

Aktualny załącznik nr 4 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1 ocena jakości

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów za czas ważności testów paskowych po otwarciu do daty ważności podanej na opakowaniu jedynie w przypadku gdy zaoferuje paski, których data ważności po otwarciu nie zależy od konkretnego miejsca/placówki, w którym przechowywane jest opakowanie z paskami. Oznacza to, że Wykonawca, który zaoferuje paski z następującą informacją w instrukcji obsługi:

„Zapisać na fiolce z testami datę przydatności (6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki). Po upływie daty przydatności wyrzucić fiolkę z niewykorzystanymi testami. W ośrodkach opieki zdrowotnej testy paskowe po pierwszym otwarciu fiolki mogą być wykorzystane do końca terminu ważności podanego na opakowaniu”

otrzyma 20 a nie 40 punktów za czas ważności testów paskowych po otwarciu.

Odpowiedź:

Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów za określenie „czas ważności testów paskowych po otwarciu do daty ważności podanej na opakowaniu”.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1 ocena jakości

W związku z trudnym do rozróżnienia znaczeniem pojęć „pole absorpcyjne paska na całej szerokości” i „pole absorpcyjne paska na całej frontowej części” w celu uniknięcia nieporozumień prosimy o zmianę zapisu:

„Pole absorpcyjne paska:

- na całej szerokości - 40 pkt
- na całej frontowej części - 20 pkt
- inne – 0 pkt”

na następujący zapis:

„Pole absorpcyjne paska:

- na całej szerokości frontowej części równej szerokości paska - 60 pkt

- inne – 0 pkt”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dokumentów przedmiotowych potwierdzających spełnienie wszystkich ocenianych parametrów zgodnie z zapisami w załączniku nr 3. Zauważyliśmy rozbieżność z innymi zapisami SWZ i ogłoszenia, według których Zamawiający wymaga jedynie dokumentu potwierdzającego zweryfikowanie pasków testowych na obecność substancji interferujących.

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowych środków dowodowych w zakresie zadania nr 1, Zamawiający wymaga wyłącznie dokumentu potwierdzającego zweryfikowanie pasków testowych na obecność substancji interferujących (rozdział VII pkt 1 ppkt 3)a) SWZ).

Zamawiający mając na uwadze dyspozycję art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 04.01.2023r. na dzień 09.01.2023r. - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 02.02.2023r. na dzień 07.02.2023r.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

Z-CADYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotula

Marek Szwed

Załączniki:

- 1) Aktualny załącznik nr 4 do SWZ: Formularz parametrów oferowanych – dot. zadania nr 1

Telex