

Ocena jakości

Zad. nr: 1

Glukometry wraz z paskami

Ocena jakości

Próbki

1	Brak oceny	Próbki niewymagane
2	Czas pomiaru: - maksymalnie 4 sekundy - 50 pkt - 5 sekund - 30 pkt - 6 sekund - 15 pkt - powyżej 6 sekund - 0 pkt Zakres wartości hematokrytu: - w przedziale 10 – 65 % - 50 pkt - węższy - 0 pkt	Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu podlegającego ocenie
3	Pole absorpcyjne paska: - na całej szerokości - 40 pkt - na całej frontowej części - 20 pkt - inne - 0 pkt Czas ważności testów paskowych po otwarciu: - do daty ważności podanej na opakowaniu - 40 pkt - powyżej 5 miesięcy - 20 pkt - poniżej 5 miesięcy - 0 pkt Zweryfikowane paski testowe na obecność substancji interferujących (Deksametazon, Akarboza, Paracetamol, Acyclovir, Metformina, 5-fluorouracil, Glimepiryd, Glipizyd, Vancomycin): - udokumentowane badaniami w laboratorium - 20 pkt - brak 0 pkt.	Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu podlegającego ocenie
4	Brak oceny	Próbki niewymagane

Zad. nr: 2

Opatrunki z folii poliuretanowej

Ocena jakości

Próbki

1	Elastyczność do 20 pkt. przyczepność do 20 pkt. przepuszczalność powietrza do 20 pkt. nie pozostawia kleju na skórze do 20 pkt. łatwość użycia do 20 pkt.	1 op.handlowe
---	---	---------------